

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1562744542509					Data: „30” iulie 2019	Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației:	Achiziționarea consumabilelor pentru laboratorul microbiologic Agenția Medicamentului și Dispozitivelor					Lot: 25	Pagina: _1 din _1_	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33140000-3	1	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 180 C 60 min interni	IC	Rusia	Intersen	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 3 ani. Cu certificat de conformitate.	ISO

Semnat: _____ Numele,
Prenumele
În calitate de: administrator
Jighili Tatiana



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301