

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1577353337688</u> din 13.01.2020				
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire a utilajului radiologic și hemodializă conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2020				
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lotul 1//Aqilon Prime, Toshiba - Sistem de tomografie computerizata Aqilon Prime, Toshiba	Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Cerințe: Toate activitățile vor fi coordonate cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate vor evita defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor va fi întocmit un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor se va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	CE/ISO
6	Lotul 6//Gamma cameră Nucline X-Ring-4R, Mediso Medical Imaging Systems - Gamma	Cerințe: Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui	Cerințe: Toate activitățile vor fi coordonate cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui	

	cameră Nucline X-Ring-4R, Mediso Medical Imaging Systems	Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de servire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de servire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de servire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate vor evita defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de servire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Mentenanța corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	
--	--	--	---	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Vasile MATEI
În calitate de: Administrator
Ofertantul: ANCOTEC SISTEM SRL
Adresa: Chișinău, str. Miorița, 5, of.6