

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1616505079572 din 13 aprilie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Piese p/u utilaj medical - 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	8.Mașină de anestezie "Wato EX-65, Mindray"	115-051194-00, Monitor Board assembly	China	Mindray	8.1.Modul p/u monitorizare și control a presiunii - modul de monitorizare a presiunii (Monitor Board Assembly) ce oferă posibilitatea de a dirija și de a regla presiunea de ieșire la pacient, compatibilă cu dispozitivul p/u anestezie WATO EX-65 Mindray	8.1.Modul p/u monitorizare și control a presiunii - modul de monitorizare a presiunii (Monitor Board Assembly) ce oferă posibilitatea de a dirija și de a regla presiunea de ieșire la pacient, compatibilă cu dispozitivul p/u anestezie WATO EX-65 Mindray	CE
		0611-10-45654, MOX-2	China	Mindray	8.2.Senzor de oxigen - (Sensor Oxygen Mediceal MOX2) celula chimică cu ajutorul căreia se face monitorizarea O2, compatibil cu dispozitivul p/u anestezie WATO EX-65 Mindray	8.2.Senzor de oxigen - (Sensor Oxygen Mediceal MOX2) celula chimică cu ajutorul căreia se face monitorizarea O2, compatibil cu dispozitivul p/u anestezie WATO EX-65 Mindray	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Sveatoslav Prodan,**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Dutchmed-M" SRL**

Adresa: **mun Chisinau, Bd.Decebal 76, of 807**