

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 23 07 21

Către: CAPCS

ERICON SRL declară că:

se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii-

Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021

Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

6218620,72 lei **Sase milioane doua sute optsprezece mii sase sute douazeci lei 72 bani**

a) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

7462344,86 lei **Sapte milioane patru sute saisece si doitrei sute patruzeci si patru lei 86 bani**

- b) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c) În cazul acceptării prezentei oferte, Ericon SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: Gheorghe Bunic

În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durlesti, V.Lupu 6

Data: 23 07 21

			Specificații tehnice (F4.1)							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808					Data: „24” 07 2021	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesității ților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021					Lot: _____	Pagina: __ din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1		2	3	4		6		7		8
3310 000-1	33	Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie	Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie	Soluscope S1	Soluscope-Ecolab Franta	Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie Anul de producere: 2020 - 2021; Concept pentru dezinfecția de grad înalt a endoscoapelor flexibile, folosind un sistem automat de curățare a canalelor endoscopului prin irigare continuă. Numarul endoscoapelor reprocesate per ciclu-1 Timp de procesare a unui ciclu integral de reprocesare până la 28 min Etapela unui ciclu: Controlul ermetizmului endoscopului. Spalarea cu detergent, clătirea, dezinfectarea/sterilizarea, Clătire. Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (glutaraldehidă), consum ≤ 100 ml/ciclu. Soluțiile chimice utilizate urmeaza de a fi evacuate, nu este acceptabilă reutilizarea ei pentru ciclurile următoare. Detergent neutru-consum ≤ 50 ml /ciclu. Consumul total de apă ≤ 42L. Chiuveta de reprocesare, volum ≥ 8 litri. Detectarea automata a scurgerilor-da. Variatia de temperatura ≤55 grade. Incarcarea detergent Automata. Alarame de defectiune si avertizari-da. Posibilitatea de conectare: gastroscop, duodenoscop, colonoscop, bronhoscop. Compatibilită cu următorii producători de endoscoape din dotarea spitalelui: Olympus, Karl-Storz și Fujinon. Să fie incluse 3 seturi de conectori specifici de irigare a canalelor și controlul ermetizmului (la modelele ndoscoapelor solicitate de beneficiar), 4 rți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Sistema de prefiltrare a apei cu 3 filtre: 5 μm + 1 μm + 0.5 μm. Filtru de fitrare terminal de 0,2μm pe toată perioada de garanție. Accesorii și consumabile: Dezinfectanți și sol. de spălare pentru 1500 cicluri ; Robinet mixer apă caldă-rece, dacă dispozitivul utilizează apă caldă, constantă, și nu are regim de a o încălzi spre utilizare. CERINȚE DE CERTIFICARE: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.		Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie Anul de producere: 2020 - 2021; Concept pentru dezinfecția de grad înalt a endoscoapelor flexibile, folosind un sistem automat de curățare a canalelor endoscopului prin irigare continuă. Numarul endoscoapelor reprocesate per ciclu-1 Timp de procesare a unui ciclu integral de reprocesare până la 30 min Etapela unui ciclu: Controlul ermetizmului endoscopului. Spalarea cu detergent, clătirea, dezinfectarea/sterilizarea, Clătire. Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (glutaraldehidă), consum ≤ 100 ml/ciclu. Soluțiile chimice utilizate urmeaza de a fi evacuate, nu este acceptabilă reutilizarea ei pentru ciclurile următoare. Detergent neutru-consum ≤ 55 ml /ciclu. Consumul total de apă ≤ 55L. Chiuveta de reprocesare, volum ≥ 8 litri. Detectarea automata a scurgerilor- da. Variatia de temperatura ≤55 grade. Incarcarea detergent Automata. Alarame de defectiune si avertizari-da. Posibilitatea de conectare: gastroscop, duodenoscop, colonoscop, bronhoscop. Compatibilită cu următorii producători de endoscoape din dotarea spitalelui: Olympus, Karl-Storz și Fujinon. Să fie incluse 3 seturi de conectori specifici de irigare a canalelor și controlul ermetizmului (la modelele ndoscoapelor solicitate de beneficiar), 4 rți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Sistema de prefiltrare a apei cu 3 filtre: 5 μm + 1 μm + 0.5 μm. Filtru de fitrare terminal de 0,2μm pe toată perioada de garanție. Accesorii și consumabile: Dezinfectanți și sol. de spălare pentru 1500 cicluri ; Robinet mixer apă caldă-rece, dacă dispozitivul utilizează apă caldă, constantă, și nu are regim de a o încălzi spre utilizare. CERINȚE DE CERTIFICARE: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.		CE,ISO
3310 000-1	52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	Optima V10GOPT4 (lista accesorior anexata)	Lamidey Nouri, Franta	Specificatii: • Frecventa: cuprinsa între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mină – Da; • Comutator de picior – Da; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Taiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Bipolar: Taiere: Putere: 10-150 W, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată , Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicatoare: Acustic si Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed, (cu 3 pini de 4 mm)- standard pentru piesele de mina in dotare aflate in cadrul institutiiei. • Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul institutiiei. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibil cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”.- 2 buc. • Electrood netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc. • Notă: Accesoriiile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolu cu minim 4 roti, 2 blocabile cu polita aditionala pentru pastrarea accesorior-1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darca in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice ați in oferta de preț cii și in factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesorii și consumabil din set.		Specificatii: • Frecventa: cuprinsa între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mină – Da V11MD25; • Comutator de picior – Da V11SM2FN; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Taiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; • Bipolar: Taiere: Putere: 10-150 W, discreție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, discreție 1W; (Pag 47) • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată , Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicatoare: Acustic si Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Conmed, (cu 3 pini de 4 mm)- standard pentru piesele de mina in dotare aflate in cadrul institutiiei. • Portul monopolar cu port de tip „mama” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul institutiiei. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. -DA • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc.- DA • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibil cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”.- 2 buc. V11F242 • Electrood netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc.V11HSIC • Notă: Accesoriiile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolu cu minim 4 roti, 2 blocabile cu polita aditionala pentru pastrarea accesorior-1 buc. -Da V10GA2. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anselele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darca in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice ați in oferta de preț cii și in factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesorii și consumabil din set.		CE,ISO

3310 000-1	53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	Optima V10GOPT4 (lista accesoriilor anexata)	Lamidey Nouri, Franta	Specificatii: • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mină – Da; • Comutator de picior – Da; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicator: Acustic si Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I, Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Commed, (cu 3 pini de 4 mm) - standard pentru piesele de mina in dotare aflate in cadrul institutiei. • Portul monopolar cu port de tip „nana” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul institutiei. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibile cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”- 2 buc. • Electrood netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolu cu minim 4 roți, 2 blocabile cu polita adiționala pentru păstrarea accesoriilor-1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice alți în oferta de preț cit și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesorii și consumabil din set.	Specificatii: • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mină – Da V11MD25; • Comutator de picior – Da V11SM2FN; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W; (Pag 47) • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată, Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicator: Acustic si Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I, Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Commed, (cu 3 pini de 4 mm) - standard pentru piesele de mina in dotare aflate in cadrul institutiei. • Portul monopolar cu port de tip „nana” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul institutiei. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc V11SM2FN. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibile cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”- 2 buc V11F242. • Electrood netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc V11H18C. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolu cu minim 4 roți, 2 blocabile cu polita adiționala pentru păstrarea accesoriilor-1 buc V10GA2. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice alți în oferta de preț cit și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesorii și consumabil din set.	CE,ISO
3310 000-1	54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	Optima V10GOPT4 (lista accesoriilor anexata)	Lamidey Nouri, Franta	Specificatii: • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mină – Da; • Comutator de picior – Da; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W; • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată , Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicator: Acustic si Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I, Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Commed, (cu 3 pini de 4 mm) - standard pentru piesele de mina in dotare aflate in cadrul institutiei. • Portul monopolar cu port de tip „nana” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul institutiei. • Portul pentru electrodul neutru compatibil cu electrozii adezivi de unica folosinta de tip „Valeyab NON-REM” REF: 1236, aflate in dotare in cadrul institutiei, sau sa se livreze adaptor corespunzator compatibil cu dispozitivul și electrozii de unica folosinta – 2 buc. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. • Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibile cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”- 2 buc. • Electrood netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc. • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolu cu minim 4 roți, 2 blocabile cu polita adiționala pentru păstrarea accesoriilor-1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice alți în oferta de preț cit și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesorii și consumabil din set.	Specificatii: • Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz • Canale de ieșire: Monopolar: 2 canale izolate; • Comutator de mină – Da V11MD25; • Comutator de picior – Da V11SM2FN; • Bipolar: 2 canale izolate; • Moduri de lucru: • Monopolar: Tăiere: Putere: 10-300 W, rezistența 500 Ohm, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W; • Bipolar: Tăiere: Putere: 10-150 W, disecție 1W; • Coagulare: Putere: 10-120 W, disecție 1W (Pag 47); • Mod coagulare: Coagulare moderată, Coagulare forțată , Coagulare prin pulverizare • Dozarea automată a puterii - Da; • Funcție de autotestare – Da; • Canal de ieșire independentă – Da; • Indicator: Acustic si Vizual • Electrosecuritate: Clasa de protecție I, Tip CF; • Porturile monopolare compatibile cu piesele de mina de tip Valleylab/Commed, (cu 3 pini de 4 mm) - standard pentru piesele de mina in dotare aflate in cadrul institutiei. • Portul monopolar cu port de tip „nana” 4 mm – pentru cablurile monopolare aflate in dotare in cadrul institutiei. • Portul pentru electrodul neutru compatibil cu electrozii adezivi de unica folosinta de tip „Valeyab NON-REM” REF: 1236, aflate in dotare in cadrul institutiei, sau sa se livreze adaptor corespunzator compatibil cu dispozitivul și electrozii de unica folosinta – 2 buc. Accesorii: • Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. V11SM2FN • Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. • Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. 1 Cablu bipolar pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu conectorul pentru instrumente compatibile cu instrumentele cu conector „european bipolar flat plug”- 2 buc V11F242. • Electrood netru de cauciuc autoclavabil cu cablu interconector cu lungimea de minim 3 metri.-2 buc V11H18C • Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. • Trolu cu minim 4 roți, 2 blocabile cu polita adiționala pentru păstrarea accesoriilor V10GA2-1 buc. Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. // Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.// Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu laminat atasat de dispozitiv //Să se indice alți în oferta de preț cit și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesorii și consumabil din set.	CE,ISO

3310 000-1	55	Coagulator multifunctional pentru sudarea ţesuturilor (cu argon)	Coagulator multifunctional pentru sudarea ţesuturilor (cu argon)	Optima+ Argon modul V11A100 (lista accesoriilor anexata)	1	Sistem pentru sudarea ţesuturilor multifuncţional de electrochirurgie cu argon , aparat ataşat de hemocoagulare cu plasmă argon, cârcucior şi set accesorii şi instrumente. Pentru intervenţii chirurgicale de tip deschis, transplant hepatic. Număr canale: 4 independente, 2 taiere + 2 coagulare.Funcţie de autotestare. Frecvenţă: 300-600 KHz. Putere tăiere maximă: 350 W ± 10% Putere coagulare maximă: 300 W ± 10% Modurie de operare: Pure, soft, blend, spray Flux argon la tăiere: 0,1-12 l/min ± 20% Flux argon la coagulare: 0,1-12 l/min ± 20% Dimensiuni ecran: > 7" Set livrat: Modul electrocoagulare – 1 buc Pedală dublă – 1 buc Balon argon – 1 buc Cârcucior pentru transport cu 4 roţi şi min. 2 frâne – 1 buc Număr terminale de egalare potenţial pe cârcucior : min 4 Opţiuni: Ajustare putere automată. Indicare stare şi calitate aplicare pentru electrozi nostri de tip split. Minim 80 programe setabile definite de utilizator. Posibilitate schimbare program de la pedală sau piesa de mână. Afişare simultană a parametrilor pentru fiecare instrument conectat. Funcţie de autotestare. Detectare automată tip instrument conectat cu memorare parametri presetaţi. Posibilitate conectare 4 instrumente bipolare. Indicator acustic. Indicator vizual. ACCESORII cu dispozitivul dat si sa fie produse de acelaşi producător. -instrument combinat pentru intervenţii chirurgicale de tip deschis pentru sigilarea/ligarea vaselor sanguine, lungimea 180±20 mm lungimea virfului contactor 17±2mm cu interupator de activare incorporate, tipul de conectare tip "IQ" sau analog, lungimea cablului interconector minim 3 metri -2 seturi - comutator de mîna multi use cu diametrul soclului 2,4-3mm - 5 bucati, 4-5mm -5 bucati. + cu cabluri de interconectare lungimea minim 3 metri -set electrozi pentru comutatoarele de mina lungimea 37-39mm, cu diametrul 2.4-3mm-25 bucati, 4-5mm-25 bucati compatibil cu comutatoarele de mână livrate. -electrod neutru multiuse+cablu interconector cu lungimea minim 4 metri-10 bucati -penseta bipolară tip baioneta neadzevia virf drept lungimea virfului contactor 8mm (standard), latimea virfului contactor 1-1,5mm. + cablu interconector cu lungimea minim 3 metri. 2 seturi -penseta bipolară tip baioneta cu orificiu pentru irigare, lungimea virfului contactor 7-8mm, latimea virfului contactor 0.5mm (standard) + cablu de interconectare cu lungimea de minim 3 metri. 2 seturi -sistem sigilarea vaselor sanguine lungimea 370-390 mm, diametrul de 10mm (standard), lungimea virfului contactor 18mm/22,5mm latimea virfului contactor la virf 3mm -Ibucata - comutator de mina pentru instrumentele bipolare cu buton de activare incorporate. Tip conector "IQ" sau analog, lungimea firului conector minim 3metri. 1 bucata -sistem bipolar de sigilare a vaselor sanguine cu lungimea de 370-390mm, diametrul de 5-6mm, lungimea virfului contactor de 20-21mm o clemă si 19-20mm a 2-a clemă. 1 bucata - butelie de gaz (argon) volum 5 litri, atasat de troliu. - indicator de nivel gaz in balon incorporat în dispozitiv -reductor de presiune intervalul de 2.5- 4.5 bar +furtun interconector de lungimea minim 1 metru -electrod de tip ac pentru intervenţii de tip deschis ajustabil lungimea 110-115mm, diametrul 5-6mm.-2 bucati -comutator de mina+capac de fixare cu conectare la sistemul de distributie cu argon si la diatermocoagulator + cablul interconector cu lungimea minim 3 metri – 2 seturi. - electrod de fascicul pentru operaţie deschisă, rezistent la temperature inalte, lungimea 100-105mm, diametrul 5-6mm. 2 bucati Cerinţe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil , copie confirmată prin semnatura şi ştampila Participanţilor. *Declaraţie de la Ofertant - confirmată prin semnatura şi ştampila, în care să certifice termenul de garanţie pentru echipament şi accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câştigător. *Training pentru utilizatori la instalare şi la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative: *Manual de service în una din limbile de circulaţie internaţională (rusa/engleza). *Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. *Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau in una din limbile de circulaţie internaţională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv	Sistem pentru sudarea ţesuturilor multifuncţional de electrochirurgie cu argon , aparat ataşat de hemocoagulare cu plasmă argon, cârcucior şi set accesorii şi instrumente. Pentru intervenţii chirurgicale de tip deschis, transplant hepatic. Număr canale: 4 independente, 2 taiere + 2 coagulare.Funcţie de autotestare. Frecvenţă: 300-600 KHz. Putere tăiere maximă: 350 W ± 10% Putere coagulare maximă: 300 W ± 10% Modurie de operare: Pure, soft, blend, spray Flux argon la tăiere: 0,1-12 l/min ± 20% Flux argon la coagulare: 0,1-12 l/min ± 20% Dimensiuni ecran: > 7" Set livrat: Modul electrocoagulare – 1 buc Modul Argon-plasmă – 1 buc Pedală dublă – 1 buc Balon argon – 1 buc Cârcucior pentru transport cu 4 roţi şi min. 2 frâne – 1 buc Număr terminale de egalare potenţial pe cârcucior : min 4 Opţiuni: Ajustare putere automată. Indicare stare şi calitate aplicare pentru electrozi nostri de tip split. Minim 80 programe setabile definite de utilizator. Posibilitate schimbare program de la pedală sau piesa de mână. Afişare simultană a parametrilor pentru fiecare instrument conectat. Funcţie de autotestare. Detectare automată tip instrument conectat cu memorare parametri presetaţi. Posibilitate conectare 4 instrumente bipolare. Indicator acustic. Indicator vizual. ACCESORII cu dispozitivul dat si sa fie produse de acelaşi producător. -instrument combinat pentru intervenţii chirurgicale de tip deschis pentru sigilarea/ligarea vaselor sanguine, lungimea 180±20 mm lungimea virfului contactor 17±2mm cu interupator de activare incorporate, tipul de conectare tip "IQ" sau analog, lungimea cablului interconector minim 3 metri -2 seturi - comutator de mîna multi use cu diametrul soclului 2,4-3mm - 5 bucati, 4-5mm -5 bucati. + cu cabluri de interconectare lungimea minim 3 metri -set electrozi pentru comutatoarele de mina lungimea 37-39mm, cu diametrul 2.4-3mm-25 bucati, 4-5mm-25 bucati compatibil cu comutatoarele de mână livrate. -electrod neutru multiuse+cablu interconector cu lungimea minim 4 metri-10 bucati -penseta bipolară tip baioneta neadzevia virf drept lungimea virfului contactor 8mm (standard), latimea virfului contactor 1-1,5mm. + cablu interconector cu lungimea minim 3 metri. 2 seturi -penseta bipolară tip baioneta cu orificiu pentru irigare, lungimea virfului contactor 7-8mm, latimea virfului contactor 0.5mm (standard) + cablu de interconectare cu lungimea de minim 3 metri. 2 seturi -sistem sigilarea vaselor sanguine lungimea 370-390 mm, diametrul de 10mm (standard), lungimea virfului contactor 18mm/22,5mm latimea virfului contactor la virf 3mm -Ibucata -comutator de mina pentru instrumentele bipolare cu buton de activare incorporate. Tip conector "IQ" sau analog, lungimea firului conector minim 3metri. 1 bucata -sistem bipolar de sigilare a vaselor sanguine cu lungimea de 370-390mm, diametrul de 5-6mm, lungimea virfului contactor de 20-21mm o clemă si 19-20mm a 2-a clemă. 1 bucata - butelie de gaz (argon) volum 5 litri, atasat de troliu. - indicator de nivel gaz in balon incorporat în dispozitiv -reductor de presiune intervalul de 2.5- 4.5 bar +furtun interconector de lungimea minim 1 metru -electrod de tip ac pentru intervenţii de tip deschis ajustabil lungimea 110-115mm, diametrul 5-6mm.-2 bucati -comutator de mina+capac de fixare cu conectare la sistemul de distributie cu argon si la diatermocoagulator + cablul interconector cu lungimea minim 3 metri – 2 seturi. - electrod de fascicul pentru operaţie deschisă, rezistent la temperature inalte, lungimea 100-105mm, diametrul 5-6mm. 2 bucati Cerinţe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil , copie confirmată prin semnatura şi ştampila Participanţilor. *Declaraţie de la Ofertant - confirmată prin semnatura şi ştampila, în care să certifice termenul de garanţie pentru echipament şi accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câştigător. *Training pentru utilizatori la instalare şi la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative: *Manual de service în una din limbile de circulaţie internaţională (rusa/engleza). *Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. *Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau in una din limbile de circulaţie internaţională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv
3310 000-1	64	Dispozitiv de spălare şi decontaminare	Dispozitiv de spălare şi decontaminare	buc	2	Domeniul de utilizare - ciupici, instrumente chirurgicale, ustensile din oţel inoxidabil. Sistem deschis de utilizare a detergenţilor şi dezinfectanţilor Volumul camerei ≥ 200 L Carcasa exterioră din oţel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oţel inoxidabil AISI 316L.Nişa interioară specializată pentru dezinfectant şi detergent Pompa de apă, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcţia de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării şi împiedică scurgerea aburului Procesul de spălare şi dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uşi ≥ 1 unitate Sistem vertical automatizat de deschidere a uşii Ecran LCD/LED Afişare ecran: indicarea ciclului, mesaj text şi reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Limbajul interfeţei şi meniului română/rusă/engleza Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecţie Buton de anulare a alarmelor şi stopare a programului Imprimantă termică, integrată Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului şi dezinfectantului Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului Brate rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unităţi Monitorizarea temperaturii în camera prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectanţi şi detergent în interiorul caniştelor" Alarme sonore şi vizuale Alarme cu afişarea codului şi descrierii complete a problemei cit şi acţiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii şi consumabile: Sistem de dedurizare a apei cu cap electronic. Hirtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (copie semnată şi ştampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatelor : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnatura şi ştampila Participanţilor. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie- confirmată prin semnatura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service in una din limbile de circulaţie internaţională (rusa/engleza) şi manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie - confirmată prin semnatura şi ştampila Participanţilor.	Domeniul de utilizare - ciupici, instrumente chirurgicale, ustensile din oţel inoxidabil. Sistem deschis de utilizare a detergenţilor şi dezinfectanţilor Volumul camerei ≥ 200 L Carcasa exterioră din oţel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oţel inoxidabil AISI 316L.Nişa interioară specializată pentru dezinfectant şi detergent Pompa de apă, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcţia de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării şi împiedică scurgerea aburului Procesul de spălare şi dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uşi ≥ 1 unitate Sistem vertical automatizat de deschidere a uşii Ecran LCD/LED Afişare ecran: indicarea ciclului, mesaj text şi reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Limbajul interfeţei şi meniului română/rusă/engleza Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecţie Buton de anulare a alarmelor şi stopare a programului Imprimantă termică, integrată Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului şi dezinfectantului Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului Brate rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unităţi Monitorizarea temperaturii în camera prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectanţi şi detergent în interiorul caniştelor" Alarme sonore şi vizuale Alarme cu afişarea codului şi descrierii complete a problemei cit şi acţiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii şi consumabile: Sistem de dedurizare a apei cu cap electronic. Hirtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (copie semnată şi ştampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatelor : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnatura şi ştampila Participanţilor. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie- confirmată prin semnatura şi ştampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service in una din limbile de circulaţie internaţională (rusa/engleza) şi manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie - confirmată prin semnatura şi ştampila Participanţilor.

3310 000-1	74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	MWI -300	Gient, China	Autoclav cu o capacitate mai mare sau egală cu 200 litri cu mărunțitor încorporat. Sterilizarea și mărunțirea deșeurilor medicale periculoase (plastic, sticlă, cauciuc, textile, seringi). Construcția interioară, camera de sterilizare, camera, generatorul din oțel inoxidabil AISI 316L. Construcția Exterioră, carcasa, părțile laterale din oțel inoxidabil AISI 304 Deconectare automată la nivel scăzut de apă, securitate la supraîncălzire, suprapresiune. Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator Încălzitoarele interne cu control separat și siguranță în caz de scurt-circuit Dotat cu pompa de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitului procesului de sterilizare Alarmer acustică, vizuală Alarmer: până de curent, temperatură joasă, esurare ciclul de sterilizare Regimuri de sterilizare presetate: 3 programe Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de defecțiuni Limbajul interfeței și meniul român sau rus sau engleză Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal Suprafața exterioră să nu se încălzească Împănățată termică Monitorizarea și afișarea procesului pe ecran LCD / LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare Eliberare automată a vaporilor În set obligatoriu cosuri pentru încărcarea deșeurilor autoclavate. Precizie timp de autoclavare ± 1 min. Gama de temperatură: 121 -134 grade C Precizie temperatură ± 1°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare Durata de garanție minim 24 luni din momentul semnării actului de predare primire și punerea în funcțiune. Instalarea și punerea în funcțiune se va face de către inginerii autorizați ai furnizorului + training obligatoriu pentru angajații spitalului Tehnologia de rotație a cuțitelor elimină posibilitatea de blocare/înfrângere a deșeurilor textile. Conectarea automată a rotației inverse atunci când se blochează. Alimentație 380V, 50 Hz Consumabile și accesorii HEPA filtru 2 buc. Hirtie imprimantă 30 buc. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale semnate electronic. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Autoclav cu o capacitate mai mare sau egală cu 200 litri cu mărunțitor încorporat. DA (300 L) Sterilizarea și mărunțirea deșeurilor medicale periculoase (plastic, sticlă, cauciuc, textile, seringi). Construcția interioară, camera de sterilizare, camera, generatorul din oțel inoxidabil AISI 316L. DA (p. 3) Construcția Exterioră, carcasa, părțile laterale din oțel inoxidabil AISI 304 DA Deconectare automată la nivel scăzut de apă, securitate la supraîncălzire, suprapresiune. Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului DA DA (p. 3, 3.1.3) Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern DA (p5 + pompa+dedurizator) Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator DA (p5. Panou de control) Încălzitoarele interne cu control separat și siguranță în caz de scurt-circuit DA Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat DA (p. 5) Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj DA (va fi adaptat) Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru DA Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitului procesului de sterilizare DA (p. 3) Alarmer acustică, vizuală Alarmer: până de curent, temperatură joasă, esurare ciclul de sterilizare DA Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3 programe DA Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de defecțiuni DA Limbajul interfeței și meniul român sau rus sau engleză DA (EN și RU) Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit DA Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal DA Suprafața exterioră să nu se încălzească DA Împănățată termică DA Monitorizarea și afișarea procesului pe ecran LCD / LED DA Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare DA Eliberare automată a vaporilor DA În set obligatoriu cosuri pentru încărcarea deșeurilor autoclavate DA Precizie timp de autoclavare ± 1 min. DA Gama de temperatură: 121 -134 grade C DA (121-134 Grade C) Precizie temperatură ± 1°C DA Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare DA Durata de garanție minim 24 luni din momentul semnării actului de predare primire și punerea în funcțiune. Instalarea și punerea în funcțiune se va face de către inginerii autorizați ai furnizorului + training obligatoriu pentru angajații spitalului DA Tehnologia de rotație a cuțitelor elimină posibilitatea de blocare/înfrângere a deșeurilor textile. Conectarea automată a rotației inverse atunci când se blochează. DA (pag 3) Alimentație 380V, 50 Hz DA Consumabile și accesorii HEPA filtru 2 buc. DA Hirtie imprimantă 30 buc. DA *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale semnate electronic. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	CE,ISO
---------------	----	---	---	----------	--------------	--	---	--------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon Adresa: Durllesti, V. Lupu 6

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808

Denumirea licitației:

Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021

Data: „24 ” 07 2021

Alternativa nr.: _____

Lot: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4,00	5	6	7	8	9
33100 00-1	33	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie	buc	2	265000,00	318000,00	530000,00	636000,00	ână la 90 zile de la înregistrarea contractului
33100 00-1	52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	buc	5	258618,94	310342,73	1293094,70	1551713,64	ână la 90 zile de la înregistrarea contractului
33100 00-1	53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	buc	1	258618,94	310342,73	258618,94	310342,73	ână la 90 zile de la înregistrarea contractului
33100 00-1	54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	buc	1	258618,94	310342,73	258618,94	310342,73	ână la 90 zile de la înregistrarea contractului
33100 00-1	55	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	buc	1	663088,14	795705,77	663088,14	795705,77	ână la 90 zile de la înregistrarea contractului
33100 00-1	64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	327600,00	393120,00	655200,00	786240,00	ână la 90 zile de la înregistrarea contractului
33100 00-1	74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	buc	1	2560000,00	3072000,00	2560000,00	3072000,00	ână la 90 zile de la înregistrarea contractului
								6218620,72	7462344,86	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon Adresa: Durlesti, V. Lupu 6