

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

**IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile.**

Numărul achiziției comerciale: 21014159, ocds-b3wdp1-MD-1573041455632.						Data: 29.11.2019	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi și articole de laborator pentru necesitățile a. 2020.						Lot:	pag. 1 din 2	
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33696500-0	Proteina C reactivă (CRP) Inklusiv calibratorul	CRP-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Vezi anexa nr.1 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>Proteina C reactivă (CRP)</b> , cu control negativ și pozitiv inclus în set. Metoda semicantitativă latex-test. Nu necesită calibrator. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
2	33696500-0	Antistreptolizina O (ASO) Inklusiv calibratorul	ASLO-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Vezi anexa nr.1 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>Antistreptolizina O (ASO)</b> , cu control negativ și pozitiv inclus în set. Metoda semicantitativă latex-test. Nu necesită calibrator. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
3	33696500-0	Factor Reumatoid (RF) Inklusiv calibratorul	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Vezi anexa nr.1 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>Factor Reumatoid (RF)</b> , cu control negativ și pozitiv inclus în set. Metoda semicantitativă latex-test. Nu necesită calibrator. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
4	33696500-0	Sol Hipocloridi concentrate 0.5%	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Vezi anexa nr.1 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Soluție concentrată de Hipocloridi 0,5%, ambalaj 100ml p/u analizatorul PCE 210. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
5	33696500-0	SLE latex cu control negativ si pozitiv, inclusiv planșete	SLE-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Vezi anexa nr.1 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>SLE</b> Latex-test, cu control negativ și pozitiv, inclusiv planșete. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
14	33696500-0	Determinarea imunoglobulinei Etotal	IgE-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Vezi anexa nr.2 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Unitatea de masura "Test".	Determinarea imunoglobulinei Etotal. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
19	33696500-0	Glucosa -Glucotest	DAC-2GK	Moldova	Dac-Spectromed	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Unitatea de masura "Test".	Test pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza ș. a.), set 100teste. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
26	33696500-0	Lamele 24x24	cover slide 24x24, 100pcs/box	China	RMD	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Lamele 24/24mm. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
27	33696500-0	Eprubete plastic volum 10 ml fara capac	test tube 16x100mm 10ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Eprubete din plastic conice fără capac, vol. 10ml. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
29	33696500-0	Scarificatoare sterile	stainless steel blood lancet,flake type, sterile,size:L, 200pcs/box,	China	RMD	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Scarificatoare sterile, ambalate individual. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
32	33696500-0	TPHA	TPHA-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Vezi anexa nr.2 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Unitatea de masura "Test".	<b>TPHA</b> . Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
36	33696500-0	Pipete automate 8 canale 30-300 mkl,cu metrologia	Eight-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Insoit de Certificatul ce atesta controlul metrologic.	Pipete automate 8 canale, volum 50-300mkl. <b>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</b> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
37	33696500-0	Pipete automate 5-50 mkl,cu metrologia	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Insoit de Certificatul ce atesta controlul metrologic.	Pipete automate, volum 5-50mkl. <b>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</b> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
38	33696500-0	Pipete automate 20-200mkl,cu metrologia	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Insoit de Certificatul ce atesta controlul metrologic.	Pipete automate, volum 20-200mkl. <b>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</b> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
39	33696500-0	Pipete automate 100-1000mkl,cu metrologia	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Insoit de Certificatul ce atesta controlul metrologic.	Pipete automate, volum 100-1000mkl. <b>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</b> Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
41	33696500-0	Cutie Petri sterile de unică folosință din masă plastică (sensibilitate) diametru 9 cm	petri dish, size 90*15mm, without vents and no room, sterile, 10pcs/bag	China	RMD	Vezi anexa nr.3 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010;	Cutii Petri sterile, de unică folosință din masă plastică, cu diametrul 90mm. Conform cerințelor.	ISO, CE.

85	33696500-0	Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori Ig A	Anti-H. Pylori IgA-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori Ig A - Vezi anexa nr.8 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Va avea acelas producator ca "Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori IgG"; Unitatea de masura "Test";Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori Ig G - Vezi anexa nr.8 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Va avea acelas producator ca "Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori IgA"; Unitatea de masura "Test".	Determinarea anticorpilor <i>Helicobacter Pylori IgA</i> . Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
	33696500-0	Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori Ig G	Anti-H. Pylori IgM-DAC	Moldova	Dac-Spectromed		Determinarea anticorpilor <i>Helicobacter Pylori IgG</i> . Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
93	33696500-0	Reagent pentru diluarea probelor la analizatorul hematologic pentru aparatul PCE-210 ERMA JAPONIA	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Vezi anexa nr.17 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Reagent pentru diluarea probelor la analizatorul hematologic PCE-210, Erma Japonia. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
94	33696500-0	Soluție de spălare Protioolitico-enzimatică la analizatorul hematologic pentru aparatul PCE-210 ERMA JAPONIA	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Vezi anexa nr.17 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Soluție de spălare protioolitico-enzimatică la analizatorul hematologic PCE-210, Erma Japonia. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
95	33696500-0	Reagenhemolizant la analizatorul hematologic pentru aparatul PCE-210 ERMA JAPONIA	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Vezi anexa nr.17 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Reagent hemolizant la analizatorul hematologic PCE-210, Erma Japonia. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
99	33696500-0	Control pentru analizorul PCE-210	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Vezi anexa nr.19 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	Control pentru analizatorul hematologic PCE-210, Erma Japonia, cu 3 concentrații, pentru 3-Diff cu 18 parametri. Conform anunțului de participare.	ISO, CE.
115	33696500-0	RPR (carbon)	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Ambalaj a cite 100-200 teste.Unitate de masura test	<b>RPR - Carbon. Ambalaj 100teste</b> . Conform anunțului de participare.	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

*Data: 29.11.2019*  
*Valabilitatea ofertei - 60 zile.*