

**SPECIFICAȚII TEHNICE  
pentru IMSP Spitalul Raional Căușeni**

**Anexa nr.22**

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1701079010733 / 21122874	din 18 decembrie 2023
Obiectul de achiziției: <b>Reactive pentru laboratorul SR Causeni 2024</b>		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
6	33696500-0	TPHA	Syphilis TPHA liquid	Germania	Human	Cu metoda de control(+)(-) cu volum nu mai mic de 1.0ml	Conform cerințelor; ambalaj 100 teste	CE, ISO
9	33696500-0	Casetă ambalată individual pentru determinarea antigenului Helicobacter Pylori	<b>GCHP-602a</b>	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Cu eprubetă cu diluant și pipetă dozator, sensibilitate 99%, specificitate 98.1%.Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE	Cu eprubetă cu diluant și pipetă dozator, sensibilitate <b>98.8%</b> , specificitate <b>100%</b> .Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE	CE, ISO
<b>49</b>		<b>REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZORUL HEMATOLOGIC SYSMEX XN-330,(SISTEM ÎNCHIS</b>						
49.1	33696500-0	CELLPACK DCL,20 L	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	Conform Caietului de sarcini	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.2	33696500-0	SULFOLYZER 3*500ML	Sulfolyser	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.3	33696500-0	LYZERCELL WDF, 2 L	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.4	33696500-0	FLUROCELL WDF,2*22 ML	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.5	33696500-0	CELLCLEAN ,50 ML	Cellclean	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.6	33696500-0	XN-L CHECK L 1,3ML	XN-L Check L1	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.7	33696500-0	XN-L CHECK L 2,3ML	XN-L Check L2	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.8	33696500-0	XN-L CHECK L 3,3ML	XN-L Check L3	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO
49.9	33696500-0	XN CAL, 3 ML	XN CAL	Japonia	Sysmex		Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-330	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
54	33696500-0	Eprubete tip Ependorf la volum 1,5 ml	Centrifuge Tube	China	SKG Medical	cu certificate CE	Conform cerințelor	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**