

		Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,						
Numărul licitației:		LP nr. LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782308993777 din 24.06.2026						Data: „ ”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3		5	6		8
33100 000-1	8-64180	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	BIOMONITOR III 436066	Germania	Biotronik	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării 4 ani indicat în broșura pagina 1 , compatibil cu scanare a RMN de 1.5T și 3T pagina 1	DM000397650
33100 000-1	9-64180	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară	5F Bipolar Pacing Catheter 445697	Singapore	Bioptrial al Pte. Ltd.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolară, d- 5-6F, de tip "stiff", cu curbura fixă, opțional cu balon.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară lungimea – 110 cm, stimularea bipolară, d- 5F.	DM000397966
		Semnat : electronic			Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice				
		Ofertantul: Life Med SRL			Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30				