



LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI
MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0984DA din 05 octombrie 2022

- 1 **Obiectul încercat** *Mostra nr. 0984DA. Făină de grâu*
(identificare, descriere)
- 2 **Solicitant** *"RARAS-MET" S.R.L.,*
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Costin, 65/3, of.2
- 3 **Producător** *TOB KBΦ „POMA”*
- 4 **Eșantionarea** *De către solicitant. Cererea depusă nr.0508DA din 26 septembrie2022*
- 5 **Cantitatea de mostră** *1 x 1,0 kg*
- 6 **Data primirii mostrei** *LÎ 26.09.2022*
- 7 **Scopul încercărilor** *Corespunderea cerințelor: Regulamentul sanitar privind*
contaminanții din produsele alimentare –HG nr. 520 din 22.06.2010;
Reglementarea Tehnică „Făina, grișul și tărâța de cereale” – H G
nr. 68 din 29.01.2009
- 8 **Data începerii încercărilor** *26.09.2022*
- 9 **Data finisării încercărilor** *05.10.2022*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Suma aflatoxinelor	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC, ed.2	max. 4,0	<1,0
- aflatoxina B ₁				<0,5
- aflatoxina B ₂				<0,1
- aflatoxina G ₁				<1,0
- aflatoxina G ₂				<0,1
Deoxinivalenol	μg/kg	PS-17-IAC-HPLC, ed. 2	max. 750	<100
Plumb	mg/kg	PS-09-(SM SR EN 14084:2006), ed.2	max. 0,2	<0,04
Infestarea cu dăunători ai cerealelor	un/kg	GOST 27559-87	nu se admite	nedeπισat
Umiditatea	%	SM EN ISO 712:2017	max. 15,0	13,72±0,30


*Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare. Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea RÎ

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Boico



Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări