


Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21004449 din 19 febr 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru cardiologie


Nr lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
23	Bonetă chirurgicală bărbați	69240	USA	Halyard Health / Kimberly Clark	Din polipropilen, netransparentă, cu legare la spate, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori. EN 13795	1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2. Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărima universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile	ISO / CE
24	Bonetă chirurgicală bărbați cu ambalaj	69240	USA	Halyard	Din polipropilen,	1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de	ISO / CE



			Health / Kimberly Clark	netransparent ă, admisă pentru blocul operator. Bandă absorbantă frontală, confort sporit, acoperire totală, legare la spate. Se va exclue boneta pentru vizitatori. EN 13795	operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile	
25	Bonetă chirurgicală femei	69801	Halyard Health / Kimberly Clark USA	Din polipropilen, netransparent ă, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori. EN 13795	1.Unică folosință 2.Material neșesut care să permită circulația ușoară a aerului (polipropilena) 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 60cm 4.Ambalate câte 100 buc. 5.Greutatea unitatii nu mai puțin de 3,8 g. 6.Culoare: albastru	ISO / CE
30		46666 / 46667	Halyard Health / Kimberly Clark USA	Din fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin 35 g/m2 repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. Rezistența la	Materialul de baza: tesatura SMS 35 g/m2 (polipropilena), tratata local pentru a disipa electricitatea statică. Manșoane și fire: poliester Velcro: nylon, polietilenă Nu conține cauciuc natural / latex. Formula fără DEHP. Sterilizare – etilenoxid cu 2 servetele.	ISO / CE



Halat chirurgical mărime XXL					penetrare microbiană – nu mai puțin de 1,98 log10. Halatul împreună cu 2 șervețele absorbante pentru mâini plasate în înveliș de celuloză, după care în ambalajul primar. Sterilizare – etilenoxid (obligator). Termen de valabilitate garantat de producător – minim 5 ani.		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Semnătura: Numele, Prenumele: Dan Ghereg În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: SRL Endo-Chirurgie Adresa: str. Meșterul Mandre, 9, mun. Chișinău

Specificații de preț (B4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]