



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1234 din "14" 04 2022

OE participanți la procedura de achiziție

Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1637327903323 privind *Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022* din 19.11.2021, vă comunică decizia din 10.04.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr Lot	Denumire Lot	Coduri	Denumirea poziției	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ origine	Producător/ Tara de	Ofertant
4	Cateter de suport periferic	4- 03323	Cateter de suport periferic	Buc	300	1975,0 0	2133	592500	639900	Navicross® SupportCatheter WS*NS350G3HM WS*NS35093HM WS*NS350N3HM WS*NS35153HM WS*NA350G3HM WS*NA35093HM WS*NA350N3HM WS*NA35153HM		DataContro I SRL

										/Belgia/ EUROPE N.V.	TERUMO	
8	Microcatetere	8-03323	Microcatetere livrare spirale	Buc	10	4657,5	5030,1	46575	50301	Echelon lxx-xxxx-xxx /SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL	
15	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	15-03323	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Buc	20	5718,3 5	6175,8 2	114367	123516 ,4	Avigo 103-0606-200/SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL	
22	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic difcil	22-03323	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic difcil	Buc	30	2496,6	2696,3 3	74898	80889, 9	Pacific Plus PCE 0xxxxxxxxx /SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL	
26	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	26-03323	Cateter cu Balon pentru atrioseptosto mie	Buc	5	9511,4 3	10272, 34	47557, 15	51361, 7	Cateter Atrioseptostomie SPT00X/ Canada /Numed	Oxivit- Med SRL	
34	Microsfere pentru embolizare	34-03323	Microsfere pentru embolizare	Buc	40	2700	2700	108000	108000	Embospher e® Microspheres /USA /Merit Medical	Tribestar Farm SRL	
35	Set inflator cu manometru tip A	35-03323	Set inflator cu manometru tip A	Buc	250	574,75	620,73	143687 ,5	155182 ,5	Everest ACxxxxx /SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL	

36	Sistem de inchidere percutana a orificiului de puncție	36-03323	Sistem de inchidere percutana a orificiului de puncție	Buc	400	1940	2095,2	776000	838080	Angio-Seal™ Vascular Closure Device 610132 610133/ SUA /TERUMO CORPORATION	VIP	DataContro I SRL
38	Set seringă pentru angionat model Illumina avut in dotare	38-03323	Set seringă pentru angionat model Illumina avut in dotare	Buc	350	388	419,04	135800	146664	5010200/ Germania/ B. Braun		Tehnomedica SRL
39	Filtru vena cava convertibil	39-03323	Filtru vena cava convertibil	Buc	5	39800	39800	199000	199000	4435140/ Germania/ B. Braun		Tehnomedica SRL
41	Dispozitiv de control a ghidului	41-03323	Dispozitiv de control a ghidului	Buc	400	150	180	60000	72000	Torquer XX*RF02M /Japonia/ TERUMO CORPORATION		DataContro I SRL
43	Conector Y mono	43-03323	Conector Y mono	Buc	50	224	241,92	11200	12096	5021693/ Germania/ B. Braun		Tehnomedica SRL
44	Conector Yduo-	44-03323	Conector Y duo-	Buc	10	422	455,76	4220	4557,6	5020743/ Germania/ B. Braun		Tehnomedica SRL
45	Adaptor pentru kissing biballoon	45-03323	Adaptor pentru kissing baloon	Buc	7	315	378	2205	2646	5014760/ Germania/ B. Braun		Tehnomedica SRL
46	Conector injectare sub presiune lung	46-03323	Conector injectare sub presiune lung	Buc	300	199	238,8	59700	71640	5016002/ Germania/ B. Braun		Tehnomedica SRL

47	Conector injectare sub presiune scurt	47-03323	Conector injectare sub presiune scurt	Buc	100	210	252	21000	25200	5011531 /Germania/B. Braun	Tehnomedica SRL
48	Set linie de monitorizare	48-03323	Set linie de monitorizare	Buc	300	324,5	389,4	97350	116820	5202620 /Germania/ B. Braun	Tehnomedica SRL
51	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	51-03323	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Buc	10	30685	33139,8	306850	331398	Solitair X Stent SFR4-X-XX-XX /SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL
52	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	52-03323	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Buc	10	12918,1	13951,55	129181	139515,5	Cello 16100x0 /SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL
53	Cateter suport intracranial	53-03323	Cateter suport intracranial	Buc	20	12210	13186,8	244200	263736	Navien RFXAxxx-xxx-xx /SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL
57	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	57-03323	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Buc	3	1541,28	1664,58	4623,84	4993,74	Cadence precision injection cod 103-0304 /SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL
60	Stent împletit	60-03323	Stent împletit	Buc	4	43125	43125	172500	172500	Accero de la 000800 pana la 0008xx funcție dimensiuni /Germania /Acandis	Tehnomedica SRL

61	Stent tăiat cu laser	61-03323	Stent tăiat cu laser	Buc	4	37950	37950	151800	151800	Acclino Flex de 001122 pana 001xxx in functie dimensiuni /Germania/ Acandis	Plus 01-	Tehnomedica SRL
62	Dispozitiv de embolizare	62-03323	Dispozitiv de embolizare	Buc	4	138000	138000	552000	552000	Derivo de 107030 pana 107xxx in functie dimensiuni /Germania/ Acandis	01-	Tehnomedica SRL
63	Microcatere cerebrale	63.1-03323	Microcateter pentru transport	Buc	10	12075	13041	120750	130410	Neuro Slider 01-0002xxx in functie dimensiuni /Germania/ Acandis	in de	Tehnomedica SRL
63	Microcatere cerebrale	63.2-03323	Cateter intermediar	Buc	10	12075	13041	120750	130410	Neuro Bridge de 000500 pana 000519 in functie dimensiuni /Germania/ Acandis	01-	Tehnomedica SRL

65	Agent embolic	65-03323	Agent embolic	Buc	7	11470	11470	80290	80290	PHIL LEN10250 LEN10300 LEN10350 /Franta ON EUROPE /MICROVENTI	DataContro I SRL
69	Microcateter cu vif detasabil 1.5,3,5 cm	69-03323	Microcateter compatibil DMSO	Buc	2	10100, 4	10908, 43	20200, 8	21816, 86	Apollo 105-509x-000 /SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL
70	Balon Supercompliant	70-03323	Cateter intracerebral cu balon compliant	Buc	2	10647, 6	11499, 41	21295, 2	22998, 82	Hyperglide 104-4xxx /SUA/ /Medtronic	Oxivit- Med SRL
71	Balon Extracompliant	71-03323	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Buc	2	10647, 6	11499, 41	21295, 2	22998, 82	Hyperform 104-4xxx /SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL
72	Microghid 0.008"	72-03323	Microghid compatibil DMSO	Buc	2	5872,9	6342,7 3	11745, 8	12685, 46	Mirage 103-0608/ SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL
73	Microghid 0.014"	73-03323	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate	Buc	10	5718,3 5	6175,8 2	57183, 5	61758, 2	Avigo 103-0606-200/ SUA/ Medtronic	Oxivit- Med SRL

78	Stent autoexpandabil periferic	78-03323	Stent autoexpandabil periferic	Buc	10	12600	15120	126000	151200	SinusSuperFlex-535, de la 61040-6030 la 7080 functie de dimensiuni /Germania /Optimed	Tehnomedica SRL
81	Cateter pentru trombaspirație	81-03323	Cateter pentru trombaspirație	Buc	15	5800	6264	87000	93960	Eliminate™ Aspiration Catheter EG1602 EG1652 EG1401 /Iaponia/ TERUMO CLINICAL SUPPLY CO.,LTD.	DataContro SRL
82	Stentgraft	82-03323	Stentgraft periferic	Buc	10	27300	27300	273000	273000	BeGraft Periferial /Germany/ Bentley	Tribestar Farm SRL
83	Stentgraft aorta abdominala	83.1-03323	Stentgraft Aorta Abdominala (set)EVAR	Buc	3	20900	225720	627000	677160	Endurant ETBFxxxxCxxxEE/ETLW16xxCxx xEE/E TEWxxxxC82EE/ETCFxxxxC49EE /ETTF xxxxC70EE/ETUFxx14C102EE/SE NSH2 228W/REL46 /SUA /Medtronic	Oxivit-Med SRL
83	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	83.2-03323	Ghiduri superstiff pentru protezare	Buc	6	1672	1805,7	10032	10834,56	Back-up Meier Guide /SUA/ Scientific Boston	Oxivit-Med SRL

									FRED4038 FRED4508 FRED4513 FRED4518 FRED4528 FRED4539 FRED5009 FRED5014 FRED5019 Franta ON EUROPE /Franta MICROVENTI /MICROVENTI ON EUROPE		
85	Endograft aortic	85-03323	Endograft aortic pentru tratamentul coarctatiei de aorta	Buc	5	46400	46400	232000	232000	BeGraft Aortic /Germania/ Bentley	Tribestar Farm SRL

Oferanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Set introducător pentru punctie arteriala femurala

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025", s-a oferit coduri pentru Mini ghid: 0.035", 0.038" (coduri ce nu corespund: RS+B40K10SQ, RS+B50N10SQ etc.);

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 2 Set introducător pentru punctie arteriala radial

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Teaca din PTFE, L: 11 si 23 cm Mini ghid: 0.021", lungime 45 cm pentru teaca de 11 cm, si 70 cm pentru teaca 23 cm Produs "latex-free".

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 3 Catetere de diagnostic femurale și radiale

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 4 Cateter de suport periferic

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 5 Teacă ghid scurt

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Lotul 6 Teacă ghid lung

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Lotul 7 Microcatetere

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lipsește Microcateter diametru intern " 0.017".

Lotul 9 Arc ghid de diagnostic standard

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat Lungimi disponibile : 50 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, sa oferit 220 cm, 260 cm (coduri ce nu corespund RF-GAI8223M, RF-GAI8263M);

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 10 Arc ghid de diagnostic lung

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Lungimi disponibile : 220, 260, 300 cm, Lungimea părții flexibile : 10, 30 mm, s-a oferit Lungimi

disponibile :80, 150, 180, 220, 260, 300 cm, Lungimea părții flexibile : 10, 30 mm, coduri exemplu ce nu corespund (RF-GA18153M, RF-GS18183M, RF-GS38151M, RF-GS38153M);

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 11 Arc ghid de diagnostic stiff

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 cm, s-a solicitat Lungimea părții flexibile : 10, 30 mm, oferit 80 mm, s-a oferit coduri cu lungimea de 80 cm ce nu corespund (RF-PA35083M, RF-PS35083M, RF-PS38083M, RF*PA35188M);

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 12 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Tija proximală: 155 cm sau 235 cm, oferit coduri cu lungimea de 275 cm ce nu corespund (RA*FA14301CM, RA*FS14301CM, RA*FA18301CM, RA*FS18301CM);

Lotul 13 Ghid pentru angioplastie tip floppy

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat lungimi disponibile de 190 si 300cm, s-a oferit 180;
- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 14 Ghid cu varf moale acoperit cu polimer

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 15 Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Lungimea ghidului 205 cm, s-a OFERIT 200.

Lotul 16 Balon pentru pre și postdilatare periferică

- Oferta operatorului economic **Farmina SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Balon Semicompliant RX/OTW, s-a oferit OTW, s-a solicitat Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200 mm, s-a oferit 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150;

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Balon Semicompliant RX/OTW, s-a oferit OTW, nu a fost prezentată mostră, s-a solicitat Lungime utilă shaft: 90cm(OTW) și 135cm(RX), nu a fost demonstrată conformitatea iar conform informațiilor de pe pagina web are 75 și 130.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Compatibilitate introducător: 6 Fr., oferit coduri OTW Compatibilitate introducător: 5 Fr. (coduri ce nu corespund: BD-L50200CW, BD-L50150CW, BD-L60150CW, BD-L50080CW, BD-L60080CW, BD-L60100CW, BD-L50100CW, BD-L50120CW, BD-L60120CW);

Lotul 17 Balon semicompliant pentru angioplastie periferică

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Balon semicompliant pentru angioplastie periferică, s-a oferit Drug-eluting stents (DES) have defined a new era in the successful treatment of coronary artery disease., solicita Diametre balon: 2,00 – 8,00 mm, oferit 1,5-4,00.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 18 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Compatibilitate ghid: 0,014", oferit 0,018", solicitat Lungime shaft: 100 sau 148 cm, oferit 142 +- 3 cm, solicitat Balon noncompliant angioplastie periferică BTK, oferit coronarian., nu sau prezentat mostre la solicitare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **Farmina SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Diametre balon: 1,25;1,50;2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm, s-a oferit Diametre balon: 2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm Lungimi balon: 40, 80, 120, 150 mm;

Lotul 19 Cateter periferic cu balon

- Oferta operatorului economic **Cavateh M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Vârful conic pe toată circumferința, forma conică, diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm, s-a oferit forma cilindrică pe toată lungimea cu diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm., nu s-a prezentat mostre la solicitare.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: codurile sunt pentru diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm solicitate și suplimentar diametrele=5 și 6.

Lotul 20 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, este produs dedicat coronarian nu periferic. Nu e OTW, nu are toate lungimile. S-a solicitat Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm s-a oferit 2-4,5. S-a solicitat Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm s-a oferit de la 8-25.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată;

- Oferta operatorului economic **Cavateh M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat vîrf conic și formă conică s-a prezentat cilindric.

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm, s-a oferit pînă la 4,5 mm; Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm s-a oferit fără 60, 100, 200; L 90, și 150 s-a oferit de 120 și 150.

Lotul 21 Balon angioplastice periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterală

- Oferta operatorului economic **Cavateh M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. Nu are lungime 250mm, 300mm. Nu are diametrul 12mm.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: CODURILE sunt pentru Lungime utilizabilă: 80, 130cm solicitate ȘI SUPPLEMENTAR 40 CM.

- Oferta operatorului economic **Farmina SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Lungime utilizabilă: 80, 130cm, s-a oferit Lungime utilizabilă: 80, 135 cm, s-a solicitat Diametre necesare pentru balon: 3.0–12.0 mm, s-a oferit Diametre necesare pentru balon: 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 and 8.0 mm, s-a solicitat Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm, s-a oferit 20–150 mm.

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată;

Lotul 22 Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 23 Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor extinse

- Oferta operatorului economic **Oxvivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat Lungimi balon: 150, 200, 250, 300 mm s-a oferit de la 120-150;
- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 24 Balon pentru artere renale

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 25 Balon pentru arterele carotide

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 27 Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica

- Oferta operatorului economic **Oxvivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat RPB 18 ATM, NP-10 ATM. Diametre disponibile: de la 2 la 25 mm. Lungimi de balon de la 1 la 8 cm., s-a oferit: RPB 1,5-15 ATM, NP-1-6 ATM. Diametre disponibile: de la 4 la 25 mm. Lungimi de balon de la 2 la 6 cm.
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 28 Stent expandabil pe balon

- Oferta operatorului economic **Cavateh M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: nu are lungimea 12 mm, s-a solicitat Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm, s-a oferit Lungimea sistemului de livrare :80cm pentru diametrele 9 și 10.
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Oxvivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Presiunea nominală, nu mai mult de 8 atm, s-a oferit 10 atm. Nu au fost regăsiți parametrii pentru - Lungimea celulelor în mm: 3.5, 3.6, 3.75;

Lotul 29 Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde, au fost făcute clarificări: nu a fost regăsit Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. s-a solicitat Presiunea radială nu mai puțin de 10.55 g/mm. s-a oferit designed to resist compression and provide wall apposition.

Lotul 30 Stent periferic cu flexibilitate crescută

- Oferta operatorului economic **Medec Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm, s-a oferit Lungimea stentului 40,60,80,100,150,200 mm, s-a solicitat cu Valva hemostatice s-a oferit fără.

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde, au fost făcute clarificări: nu a fost regăsit Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. s-a solicitat Presiunea radială nu mai puțin de 10.55 g/mm. s-a oferit designed to resist compression and provide wall apposition.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 31 Stent autoexpandabil pentru arterele iliac

- Oferta operatorului economic **Cavateh M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat • Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm., s-a oferit • Diametre disponibile : 7,8,9,10 mm. S-a solicitat Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm., s-a oferit Lungimi disponibile : 30,40,60,80 mm.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm. S-a oferit Diametre disponibile : 7,8,9,10 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100;

Lotul 32 Stent pentru artere carotide

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat teaca de 5 Fr, oferit 6 Fr., solicitat Diametre: 5 - 10 mm, s-a oferit 6-10 mm, nu a fost prezentată mostra la solicitare.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Micromesa cu dimensiuni între 20 si 40 mm, s-a oferit coduri cu Micromesa < 20 (coduri ce nu corespund: Micromesh Layer Stent Length RDS-0616-14 3RX, RDS-0718-14 3RX).

Lotul 33 Stent pentru artere renale

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Stent expandabil pe balon, din oțel inoxidabil, taiat cu laser, s-a oferit CoCr.

- Oferta operatorului economic **Cavateh M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat oțel inoxidabil s-a oferit CoCr. S-a solicitat Lungime utilă 90 sau 150cm. S-a oferit 140.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 35 Set inflator cu manometru tip A

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Electech SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. Nu au fost prezentate catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice. Pe site-ul oficial al companiei SCW MEDICATH LTD. produsul acesta în imagine prezintă un Y conector, iar în mostra se prezintă un conector cu extensie tubulară. Y conectorul are posibilitatea de a introduce prin brațul lateral rigid scurt a unui ghid, iar prin valva hemostatică prezentată acest lucru este imposibil.

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: cererea de participare și declarația cu privire la termenul de valabilitate sunt pentru altă procedură de achiziție;

Lotul 36 Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: nu s-a oferit modelul articolului dar denumirea comercială, deci nu se poate stabili cu certitudine corespunderea bunului în raport cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire (oferă lipsită de fermitate incompletă) pe site-ul producătorului s-au regăsit pentru AngioTen Vascular closure, 2 modele (VS1188 și VS1189) dintre care 1 model (VS1189) nu corespunde cerinței (solicitat - dop din collagen, oferă un polimer care se injectează (Adhesive). Lipsesc studii de specialitate relevante privind eficiența și siguranța produsului, nu au fost prezentate mostre la solicitare.

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat mostra;

Lotul 37 Dispozitiv recuperare corp strain

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat Lungime : 60, 125, 150, 175 cm s-a oferit 65-120;
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Lungime : 60, 125, 150, 175 cm, s-a oferit 65.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 38 Set seringă pentru angiomat model Illumina avut în dotare

- Oferta operatorului economic **Electech SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu este compatibil cu angiomat model Illumina avut în dotare.

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. Mostra prezentată nu este compatibilă cu angiomatul din dotare.

Lotul 39 Filtru vena cava convertibil

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. Filtrul nu este convertibil. Filtrul din oferta e doar pentru abord femural sau jugular (nu ambele). Nu s-a prezentat mostra.

Lotul 40 Filtru distal pentru protecție embolică

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: Lungime solicitată OTW/RX: 320/90 cm, Codurile conțin lungimea 320 / 190 și 190.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: Lungime solicitată OTW/RX: 320/90 cm, Codurile conțin lungimea 165 / 150 și 190.

Lotul 42 Cateter hidrofile

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra lungime 125 formă VTK nu a fost prezentată. Codurile propuse au 100cm și nu 125cm, iar lungimea mostrei este de 80 cm.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat configurații ale vârfului: Vertebral, Headhunter, VTK, Simmons II., s-a oferit Headhunter 1, Berenstein, Straight Selective;

Lotul 43 Conector Y mono

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Lumen 9,5F, oferit mai mic de 9,0 F (mostra a fost prezentată și testată).

Lotul 46 Conector injectare sub presiune lung

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat lungime 200 cm, oferit maximum 185 cm (conform informațiilor de pe site-ul producătorului), nu a menționat codul produsului ceea ce face imposibilă evaluarea, nu este menționat că produsul este din poliuretan, nu a fost prezentată mostra.

Lotul 47 Conector injectare sub presiune scurt

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat cu piesă rotativă, conform mostrei prezentate nu are piesă rotativă.

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: nu a menționat codul produsului ceea ce face imposibilă evaluarea, solicitat lungime 120 cm, conform informațiilor de pe site-ul producătorului acesta oferă 61 modele cu lungimea de la 25 cm - maximum 185 cm), nu este menționat că produsul este din poliuretan, nu a fost prezentată mostra.

Lotul 48 Set linie de monitorizare

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Linie de monitorizare a Tensiunii Arteriale (single channel kit), s-a oferit dispozitiv cu două linii arterială și venoasă (double channel kit), s-a solicitat tubulatura minim 125 cm, s-a oferit conform mostrei mai mic de 125 cm.

Lotul 49 Robinete

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Robinete cu trei căi, s-a oferit Manifold cu 5 căi;

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 50 Spirale (coiluri periferice)

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde solicitat spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm si lungimi de 5-10-15-20-30 cm; oferit toate dimensiunile fără dimensiunea 5 pentru diametru și lungime spire.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm si lungimi de 5-10-15-20-30 cm, s-a oferit coduri și pentru Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 2 mm si lungimi de 2-4 cm (cod ce nu corespunde: 45-480202, 45-480204, 45-480302), s-a solicitat Sistemul cu împingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm si lungimi de 2-4-6-10-14 cm, s-a oferit coduri și pentru Sistemul cu împingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 5-16 mm si lungimi de 20 cm.(cod ce nu corespunde: 45-280504, 45-280506, 45-280510, 45-251620, 45-280620, 45-281020, 45-250820, 45-251520, 45-251620);

Lotul 54 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Dimensiuni : diametru 3-25mm , lungime 6-50mm solicitate, conține coduri și pentru dimensiuni mai mici de diametru 3 și lungime 6.

Lotul 55 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Spire din platină cu diametru variabil al firului primar - 0.0115", 0.0125", 0.0135", 0.0145" solicitat, s-a oferit doar 0.0115"

Lotul 56 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Spire din platină cu diametru variabil al firului primar - 0.0115", 0.0125", 0.0135", 0.0145" solicitat, s-a oferit doar 0.0108", s-a solicitat Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm, oferit coduri cu diametru și de 3,5 mm.

Lotul 62 Dispozitiv de embolizare

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 63 Microcatere cerebrale

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 64 Cateter ghid cu balon

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Dimensiuni 0.0165"; 0.021"; 0.027", s-a oferit Dimensiuni 0.0165".

Lotul 65 Agent embolic

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Agent lichid embolic utilizat pentru malformații arterio-venoase cerebrale s-a oferit, BEARING nSPVA Embolization Particles;

Lotul 66 Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 67 Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Lotul 67 Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Lotul 67 Sistem de livrare p/u ocluder CAP

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Lotul 67 Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 67 Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 67 Sistem de livrare p/u ocluder CAP

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 68 Microcatereter 0.017"

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat: Lungimea segmentului distal al microcatereterului sa fie de 15cm, s-a oferit 30 cm.

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Lungime de lucru 150cm, s-a oferit pentru cateter 21 Lungime de lucru 160cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 73 Microghid 0.014"

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu corespunde: s-a solicitat Lungimea ghidului 205 cm, s-a oferit Lungimea ghidului 200 cm.

Lotul 74 Ghid 0.010"

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu s-a oferit codul produsului, deci nu se poate identifica. În catalogul atașat s-a regăsit pentru Syncro 2, 8 modele dintre care 4 modele corespund la lungimea solicitată de 200 cm altele 4 la lungimea de 300 cm și toate modelele au capatul distal, s-a solicitat de 10 cm, s-a oferit 35 cm.
- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Solicitat Lungimea capatului distal (coil) s-a 10 cm s-a oferit 9,5.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 77 Cateter cu Balon de măsură

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 79 Set inflator cu manometru tip B

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat L min. 30 s-a oferit 25 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **Oxivit-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a oferit codul produsului, deci nu se poate identifica.

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat recipient minim 25 ml s-a oferit 20 ml.

Lotul 80 Stent pentru artere coronare

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

Lotul 81 Cateter pentru trombaspirație

- Oferta operatorului economic **Medec Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde, s-a solicitat 6F, 7F, 8F, s-a oferit doar 6F si 7F.

- Oferta operatorului economic **Cavateh M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu are stiletului metalic, s-a solicita Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm, s-a oferit 25 cm.

Lotul 83 Stentgraft aorta abdominala

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 83 Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 84 Dispozitiv de embolizare neuroendovasculara

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat Stent tip flow-diverter, s-a oferit device endovascular.

Lotul 86 Clipuri cerebrale

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat din phynox, s-a oferit două coduri FE758K din phynox și FT758T din titan, s-a solicitat din phynox, s-a oferit două coduri FE728K din phynox și FT728D din titan.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat lungimea brașelor - maxim 11,0 mm, s-a oferit lungimea brașelor - 12,0 mm; s-a solicitat lungimea brașelor - maxim 17,5 mm, s-a oferit lungimea brașelor - 18,0 mm, s-a solicitat forța de închidere minim 200 g, s-a oferit 180 g; s-a solicitat lungimea brașelor - maxim 10,2 mm, s-a oferit lungimea brașelor - 18,0 mm; s-a solicitat deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200 g s-a oferit deschiderea brașelor 7,5 mm; forța de închidere 180 g; s-a solicitat deschiderea brașelor minim 9,8 mm s-a oferit 8,7 mm; s-a solicitat forța de închidere minim 200g, s-a oferit 180g; codul oferit nu se regăsește în catalog, în catalog a fost regăsit codul ST-F-90-35-7-TI care nu corespunde deoarece s-a solicitat solicitat forța de închidere minim 200g, oferit 150g; s-a solicitat lungimea brașelor - 11,4 mm, oferit lungimea brașelor - 11,0 mm, s-a solicitat deschiderea brașelor minim 8,0 mm; s-a oferit 7,5 mm, solicitat forța de închidere minim 200g, s-a oferit 180g; codul oferit nu se regăsește în catalog, în catalog a fost regăsit codul ST-F-90-20-5-TI care nu corespunde deoarece sa solicitat deschiderea brașelor minim 5,5 mm; oferit 5,0 mm; s-a solicitat deschiderea brașelor minim 5,5 mm; s-a oferit 5,0 mm; solicitat lungimea brașelor - maxim 5,0 mm, oferit lungimea brașelor - 4,0 mm; s-a solicitat lungimea brașelor - maxim 6,3 mm, s-a oferit lungimea brașelor - 7,0 mm, s-a solicitat deschiderea brașelor minim 6,0 mm; s-a oferit 5,0 mm.

Lotul 87 Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 88 Consumabile pentru intervenții chirurgicale în caz de suntări ventriculare în cazul hidrocefaliei

- Oferta operatorului economic **Sogno SR** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Sunt ventricolo – peritoneal impregnat de antibiotic: nu corespunde: s-a solicitat Dimensiuni cateterul peritoneal: lungime 120 cm, s-a oferit lungime 90 ~ 120 cm. S-a solicitat impregnat de antibiotic(ritampin și clincamicina), s-a oferit Impregnated with two antibiotics: rifampicin and Silver Salts.

Sunt ventriculo- atrial nu corespunde cateterul ventricular: s-a solicitat lungime 23cm s-a oferit 20 cm. nu corespunde cateterul atrial: s-a solicitat lungime 60 cm s-a oferit 58 cm.

- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare; S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

- Oferta operatorului economic **Oxivi-Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadevurate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 1 Set introducător pentru punctie arteriala femurala

Lotul 2 Set introducător pentru punctie arteriala radial

Lotul 3 Catetere de diagnostic femurale și radiale

Lotul 5 Teacă ghid scurt

Lotul 6 Teacă ghid lung

Lotul 7 Microcatetere

Lotul 9 Arc ghid de diagnostic standard

Lotul 10 Arc ghid de diagnostic lung

Lotul 11 Arc ghid de diagnostic stiff

Lotul 12 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice

Lotul 13 Ghid pentru angioplastie tip floppy

Lotul 14 Ghid cu varf moale acoperit cu polimer

Lotul 16 Balon pentru pre și postdilatare periferică

Lotul 17 Balon semicompliant pentru angioplastie periferică

Lotul 18 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK

Lotul 19 Cateter periferic cu balon

Lotul 20 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO

Lotul 21 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala

Lotul 23 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse

Lotul 24 Balon pentru artere renale

Lotul 25 Balon pentru arterele carotide

Lotul 27 Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica

Lotul 28 Stent expandabil pe balon

Lotul 29 Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr

Lotul 30 Stent periferic cu flexibilitate crescută

Lotul 31 Stent autoexpandabil pentru arterele iliace

Lotul 32 Stent pentru artere carotide

Lotul 33 Stent pentru artere renale

Lotul 37 Dispozitiv recuperare corp strain

Lotul 40 Filtu distal pentru protectie embolica

Lotul 42 Cateter hidrofilic

Lotul 49 Robinete

Lotul 50 Spirale (coiluri periferice)

Lotul 54 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor (Coils)

Lotul 55 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
Lotul 56 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
Lotul 64 Cateter ghid cu balon
Lotul 66 Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
Lotul 67 Sistem de livrare p/u ocluder CAP
Lotul 68 Microcateter 0.017"
Lotul 74 Ghid 0.010"
Lotul 77 Cateter cu Balon de măsură
Lotul 79 Set inflator cu manometru tip B
Lotul 86 Clipuri cerebrale
Lotul 87 Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative

Lotul 88 Consumabile pentru Intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei

Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7:

Lotul 80 Stent pentru artere coronare

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :

Lotul 58 Seringi

Lotul 59 Sistema de perfuzie cu presiune inalta

Lotul 75 Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz

Lotul 76 Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția în regim de urgență o nouă procedură de achiziție publică doar după revizuirea specificațiilor tehnice de către specialiștii cooptați, iar beneficiarii urmează să asigure necesarul pentru loturile anulate până la contractarea repetată.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **27.04.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG

OE

Cavateh M SRL

DataControl SRL

Electeh SRL

Farmina SRL

Labromed Laborator SRL

Life Med SRL

Oxivit Med SRL

Premium Medical SRL

Sogno SRL

Tehnomedica SRL

Tribestar Farm SRL

Beneficiar

SCR Timofei Mosneaga
INN