

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 28						
	28.1	Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø-5mm	723005A	Germania	Karl Storz	Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø - 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop rigid, cu Ø - 4mm,material inox medical, nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl - Storz ref.code 723005A * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø - 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop rigid, cu Ø - 4mm,material inox medical, nesteril, reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl - Storz ref.code 723005A * Termen de garanție minim 12luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316