

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1640176180427 din „11” ianuarie 2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile de laborator						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Eprubeta vacuum cu Natriu Citrat	TYK10 Eprubetă cu citrat Na 3,2% , volum sînge 2,7 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, în stativ, vacumate	China	NTL Co., Ltd	vol.2,7ml cu eticheta, NatriuCitrat 3,2% Eprubetele să fie cu etichetă, cu capac rotător. ambalate de catre producator Prezentaarea mostrelor este obligatorie.	Eprubetă cu citrat Na 3,2% , volum sînge 2,7 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, în stativ, vacumate	CE, ISO
Eprubete K3EDTA vacumate	TYK11 Eprubeta vacuum din plastic, cu K3EDTA, 3 ml. 13x75mm, PET pentru colectare sangelui	China	NTL Co., Ltd	Eprubeta vacuum din PET plastic cu K3EDTA eticheta larga, capac din trei componente, 3 ml. folosite la analizatorul hematologic automat, la necesitate prezentaarea monstreii.	Eprubeta vacuum din PET plastic cu K3EDTA eticheta larga, capac din trei componente, 3 ml. folosite la analizatorul hematologic automat	CE, ISO
Pipeta Pasteur de unica folosinta ,nesterile	TYC24 Pipeta Pasteur Vol. 3,0ml, L=155 mm, PE, gradată	China	NTL Co., Ltd	Vol.gradat 3,0/7,0 ml, L=155 mm, PE,	Pipeta Pasteur Vol. 3,0ml, L=155 mm, PE, gradată	CE, ISO
Ac + holder	TYJ09 Ac p-tru sisteme vacuum, 21G x 1 1/2 + holder,PP	China	NTL Co., Ltd	Ac+ holder p-tru sisteme vacuum, 21G x 1 1/2,PP,Prezentaarea mostrelor la necesitate,certificate de la producator	Ac p-tru sisteme vacuum, 21G x 1 1/2 + holder,PP	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**