

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău

Nr. Licităției: ocds-b3wdp1-MD-1632226792085	Data: 12 octombrie 2021
Denumirea Licităției: Teste rapide antigen pentru detectarea SARS-Cov-2 N1	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Teste rapide antigen pentru detectarea SARS-Cov-2 N1	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit	Vazyme	China	<p>1. Test rapid imunocromatografic pentru identificarea calitativă a antigenilor specifici SARS-COV-2;</p> <p>2. Posibilitatea de a testa probele prelevate nazofaringian și orofaringian;</p> <p>3. Citirea vizuală a rezultatelor, nu necesită echipament adițional;</p> <p>4. Ușor de folosit;</p> <p>5. Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute;</p> <p>6. Sensibilitate: $\geq 95\%$;</p> <p>7. Specificitate: $\geq 99\%$;</p> <p>8. Condiții de păstrare: temperatura camerei;</p> <p>9. Ambalaj: 1 test/set care să conțină toate componentele necesare pentru efectuarea testului.</p> <p>10. Să nu existe reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV 229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B)</p> <p>11. Tipul testului: casetă;</p> <p>12. Marca CE, IVD;</p> <p>13. Dovada înregistrării în Uniunea Europeană sau precalificare OMS.</p> <p>Valabilitatea testelor: de cel puțin 80% din termenul de valabilitate total al produsului.</p>	<p>1. Test rapid imunocromatografic pentru identificarea calitativă a antigenilor specifici SARS-COV-2;</p> <p>2. Posibilitatea de a testa probele prelevate nazofaringian și orofaringian;</p> <p>3. Citirea vizuală a rezultatelor, nu necesită echipament adițional;</p> <p>4. Ușor de folosit;</p> <p>5. Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 10 minute;</p> <p>6. Sensibilitate: 98,96%;</p> <p>7. Specificitate: 99,66%;</p> <p>8. Condiții de păstrare: temperatura camerei;</p> <p>9. Ambalaj: 1 test/set care să conțină toate componentele necesare pentru efectuarea testului.</p> <p>10. Nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane și nici virusuri gripale.</p> <p>11. Tipul testului: casetă;</p> <p>12. Marca CE, IVD;</p> <p>13. Dovada înregistrării în Uniunea Europeană sau precalificare OMS.</p> <p>Valabilitatea testelor: de cel puțin 80% din termenul de valabilitate total al produsului.</p>	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**