

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.
 300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9
 Tel. 0256 225605
 Fax 0256 201348

CERTIFICAT DE CALITATE

Gaz : **Helium 5.0**
 Livrat in: **Butelie euro**
 Presiune imbuteliere: **200 bar**
 Continut gaz / butelie: **9.1 Nmc**
 Termen de valabilitate: **5 ani**
 Societatea furnizoare: I.C.S Acseal Gaz S.R.L.

CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

Componenta	Cantitate
Helium	min. 99,9990 %
Oxigen	max. 2 ppm
Azot	max. 3 ppm
Apa	max. 3 ppm
Hidrocarburi	max. 0,2 ppm

Linde Gaz Romania

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.

Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului, va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.



Timișoara
 Str. Avram Imbroane 9
 Tel.: +40 256 300 700
 Fax: +40 256 225 608
www.linde-gaz.ro

București
 Autostrada București – Pitești km.11
 Tel.: +40 21 318 1920
 Fax: +40 21 3181934

Cluj Napoca
 Blvd. Muncii 18
 Tel.: +40 264 415 707
 Fax: +40 264 415 708