

Specificații tehnice										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1758113424534					Data: „ 29 ” octombrie 2025		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)					Lot: _____		Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
100000	10	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	<p>Emerge PTCA Dilatation Catheter Monorail : De la H7493919308120 - xxx - H749 3919330400(toate)</p> <p>si Over-the-Wire: de la H7493919508120 - xxxxpână la H7493919530400(toate)</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale</p> <p>Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014". Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri: 1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime shaft 145 cm-150cm Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);</p>	<p>Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014". Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri: 1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime shaft 145 cm-150cm Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm</p>	<p>DM000221718 DM000221654 DM000221704 DM000221759 DM000221669 DM000221749 DM000221660 DM000221758 DM000221734 DM000221710 DM000221766 DM000221694 DM000221714 DM000221760 DM000221663 DM000221658 DM000221662 DM000221755 DM000221670 DM000221673 DM000221688 DM000221674 DM000221651 DM000221653 DM000221700 DM000221716 DM000221767 DM000221761 DM000221689 DM000221713 DM000221679 DM000221677 DM000221666 DM000221748 DM000221691 DM000221721 DM000221726 DM000221668 DM000221756 DM000221657 DM000221687 DM000221675 DM000221650 DM000221724 DM000221698 DM000221751 DM000221682 DM000221699 DM000221680 DM000221763 DM000221681 DM000221709 DM000221667 DM000221693 DM000221690 DM000221686 DM000221742 DM000221728 DM000221717 DM000221697 DM000221685 DM000221765 DM000221731 DM000221656 DM000221715 DM000221733 DM000221649 DM000221743 DM000221665 DM000221736 DM000221652 DM000221659 DM000221750 DM000221722 DM000221719 DM000221647 DM000221695 DM000221723 DM000221664 DM000221676 DM000221732 DM000221655 DM000221706 DM000221745 DM000221720 DM000221684 DM000221747 DM000221739 DM000221754 DM000221762 DM000221703 DM000221746 DM000221752 DM000221744 DM000221702 DM000221757 DM000221683 DM000221741 DM000221671 DM000221696 DM000221740 DM000221708 DM000221692 DM000221764 DM000221705 DM000221672 DM000221707 DM000221648 DM000221661 DM000221678 DM000221701 DM000221753 DM000221737 DM000221729 DM000221727 DM000221735 DM000221712 DM000221725 DM000221738 DM000221711</p>	

33100 000-1	74	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	<p>Emerge NC H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927615400 H7493927620400 H7493927630400 H7493927606450 H7493927608450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927620450 H7493927620500 H7493927615500 H7493927620550 H7493927608500 H7493927612550 H7493927615550 H7493927620550 H7493927608600 H7493927612600 H7493927615600 H7493927620600</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofiliacă. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm.</p>	<p>DM000221822, DM000221814, DM000221781, DM000221775, DM000221783, DM000221779, DM000221817, DM000221785, DM000221805, DM000221786, DM000221788, DM000221808, DM000221815, DM000221824, DM000221793, DM000221800, DM000221808, DM000221819, DM000221812, DM000221828, DM000221827, DM000221823, DM000221820, DM000221829, DM000221816,</p>
33100 000-1	117	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	<p>BMW IIIH-TORQUE BALANCE MIDDLE WEIGHT UNIVERSAL II 1009664 1009664J 1009665 1009665J</p>	SUA	Abbott	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofiliacă care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Acoperit cu material hidrofiliacă care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".</p>	<p>DM000373070 DM000373069 DM000373070 DM000373071</p>

100000	126	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	<p>Emerge PTCA Dilatation Catheter Monorail : De la H7493919308120 - xxx - H7493919330400(toate) si Over-the-Wire: de la H7493919508120 - xxxpână la H7493919530400(toate) plus H7493918940200, H7493918940250, H7493918940300, H7493918940350, H7493918940400, H7493918908450 H7493918912450 H7493918915450 H7493918920450 H7493918908500 H7493918912500 H7493918915500 H7493918920500</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire total hidrofiliacă a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocuzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017" cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Compatibil cu ghid 0,014". Prezența de markeri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametru: 1.2 - 5 mm; Lungime disponibile de la 8 la 40 mm ±10mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Acoperire total hidrofiliacă a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocuzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017" cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Compatibil cu ghid 0,014". Prezența de markeri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametru: 1,2 - 5 mm; Lungime disponibile de la 8 la 40 mm ±10mm.</p>	<p>DM000221718 DM000221654 DM000221704 DM000221759 DM000221669 DM000221749 DM000221660 DM000221758 DM000221734 DM000221710 DM000221766 DM000221694 DM000221714 DM000221760 DM000221663 DM000221658 DM000221662 DM000221755 DM000221670 DM000221673 DM000221688 DM000221674 DM000221651 DM000221653 DM000221700 DM000221716 DM000221767 DM000221761 DM000221689 DM000221713 DM000221679 DM000221677 DM000221666 DM000221748 DM000221691 DM000221721 DM000221726 DM000221668 DM000221756 DM000221657 DM000221687 DM000221675 DM000221650 DM000221724 DM000221698 DM000221751 DM000221682 DM000221699 DM000221680 DM000221763 DM000221681 DM000221709 DM000221667 DM000221693 DM000221690 DM000221686 DM000221742 DM000221728 DM000221717 DM000221697 DM000221685 DM000221765 DM000221731 DM000221656 DM000221715 DM000221733 DM000221649 DM000221743 DM000221665 DM000221736 DM000221652 DM000221659 DM000221750 DM000221722 DM000221719 DM000221647 DM000221695 DM000221723 DM000221664 DM000221676 DM000221732 DM000221655 DM000221706 DM000221745 DM000221720 DM000221684 DM000221747 DM000221739 DM000221754 DM000221762 DM000221703 DM000221746 DM000221752 DM000221744 DM000221702 DM000221757 DM000221683 DM000221741 DM000221671 DM000221696 DM000221740 DM000221708 DM000221692 DM000221764 DM000221705 DM000221672 DM000221707 DM000221648 DM000221661 DM000221678 DM000221701 DM000221753 DM000221737 DM000221729 DM000221727 DM000221735 DM000221712 DM000221725 DM000221738 DM000221711</p>
--------	-----	---	---	---	-----	-------------------	---	--	--

100000	127	Baloane PTCA noncompliance	Baloane PTCA noncompliance	<p>NC Quantum Apex™ Monorail H7493912406200 , H7493912408200 , H7493912412200 , H7493912415200 , H7493912420200,H7493912430200, H7493912406220 ,H7493912408220 ,H7493912412220 H7493912415220 , H7493912420220 ,H7493912430220, H7493912406250 ,H7493912408250 , H7493912412250 H7493912415250 , H7493912420250 ,H7493912430250, H7493912406270 ,H7493912408270 , H7493912412270 H7493912415270 , H7493912420270 ,H7493912430270, H7493912406300 ,H7493912408300 , H7493912412300 H7493912415300 , H7493912420300 ,H7493912430300, H7493912406320 ,H7493912408320 , H7493912412320 H7493912415320 , H7493912420320 ,H7493912430320, H7493912406350,H749391240835 , H7493912412350 ,H7493912415350 , H7493912420350 ,H7493912430350, H7493912406370 ,H7493912408370 , H7493912412370 H7493912415370 , H7493912420370 ,H7493912430370, H7493912406400 ,H7493912408400 , H7493912412400 H7493912415400 , H7493912420400 ,H7493912430400, H7493912406450 ,H7493912408450 , H7493912412450 H7493912415450 , H7493912420450 ,H7493912406500 , H7493912408500 ,H7493912412500 ,H7493912415500 ,H7493912430500</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime shaft : 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.</p>	<p>Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului. Lungime shaft : 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.</p>	<p>DM00046280 , DM000462787, DM000462770 DM000462804, DM000462808, DM000462764, DM000462809, DM000462778, DM000462783 DM000462768, DM000462822, DM000462761 DM000462769, DM000462820, DM000462779 DM000462821, DM000462760, DM000462816 DM000462817, DM000462777, DM000462774 DM000462772, DM000462800, DM000462800 DM000462810, DM000462797, DM000462795 DM000462814, DM000462790, DM000462765 DM000462819, DM000462775, DM000462786 DM000462792, DM000462785, DM000462789 DM000462784, DM000462803, DM000462815 DM000462767, DM000462781, DM000462793 DM000462763, DM000462823, DM000462805 DM000462818, DM000462812, DM000462796 DM000462813, DM000462762, DM000462802 DM000462766, DM000462811, DM000462771 DM000462799, DM000462776, DM000462780 DM000462798, DM000462773, DM000462782 DM000462807, DM000462788, DM000462794 DM000462791</p>	
--------	-----	----------------------------	----------------------------	---	-----	-------------------	--	---	--	--

				.H/493912420500					
33100 000-1	128	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	<p>Emerge NC H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927615400 H7493927620400 H7493927630400 H7493927606450 H7493927608450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927620450 H7493927606500 H7493927608500 H7493927612500 H7493927615500 H7493927620500 H7493927608550 H7493927612550 H7493927615550 H7493927620550 H7493927608600 H7493927612600 H7493927615600 H7493927620600</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare; Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-4,0 mm; Lungimea balonului 8-30 mm ; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2.3,4cm; Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-18ATM; RBP-14atm (pentru diametre 2-6mm) 16atm (pentru diametru 1.5mm); compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-140cm; Compatibilitate teci-4F,5F în dependenta de diametru; Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. Diametre: 1.5-5mm; Lungimi balon: 2-4cm (diametru 1.5mm) si 2-20cm (diametru 2-5mm).</p>	<p>Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare; Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F</p> <p>Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-4,0 mm; Lungimea balonului 8-30 mm ; SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2.3,4cm; Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-18ATM; RBP-14atm (pentru diametre 2-6mm) 16atm (pentru diametru 1.5mm); compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-140cm; Compatibilitate teci-4F,5F în dependenta de diametru; Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. Diametre: 1.5-5mm; Lungimi balon: 2-4cm (diametru 1.5mm) si 2-20cm (diametru 2-5mm).</p>	<p>DM000221822, DM000221814, DM000221781, DM000221775, DM000221783, DM000221779, DM000221817, DM000221785, DM000221805, DM000221786, DM000221788, DM000221808, DM000221815, DM000221824, DM000221793, DM000221800, DM000221808, DM000221819, DM000221812, DM000221828, DM000221827, DM000221823, DM000221820, DM000221829, DM000221816,</p>

100000	129	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	<p>Emerge NC H7493927606200, H7493927608200, H7493927612200, H7493927615200, H7493927620200, H7493927630200, H7493927606220, H7493927608220, H7493927612220, H7493927615220,,H7493927620220 ,H7493927630220, H7493927606250, H7493927608250 ,,H7493927612250, H7493927615250, H7493927620250,H7493927630250, H7493927606270,H7493927608270, H7493927612270,H7493927615270, H7493927620270, H7493927630270, H7493927606300, H7493927608300, H7493927612300, H7493927615300, H7493927620300, H7493927630300, H7493927606320, H7493927608320, H7493927612320, H7493927615320, H7493927620320, H7493927630320, H7493927606350, H7493927608350, H7493927612350, H7493927615350, H7493927620350, H7493927630350, H7493927606370, H7493927608370, H7493927612370, H7493927615370, H7493927620370, H7493927630370, H7493927606400, H7493927608400, H7493927612400, H7493927615400, H7493927620400, H7493927630400, H7493927606450, H7493927608450, H7493927612450, H7493927615450, H7493927620450, H7493927606500, H7493927608500, H7493927612500, H7493927615500,</p>	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017") Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;</p>	<p>Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017") Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm</p>	<p>DM000221817, DM000221834, DM000221808, DM000221819, DM000221810, DM000221822, DM000221776, DM000221780, DM000221807, DM000221778, DM000221789, DM000221836, DM000221814, DM000221785, DM000221838, DM000221830, DM000221809, DM000221818, DM000221795, DM000221812, DM000221769, DM000221803, DM000221799, DM000221837, DM000221787, DM000221797, DM000221815, DM000221823, DM000221805, DM000221828, DM000221798, DM000221802, DM000221768, DM000221826, DM000221781, DM000221824, DM000221811, DM000221831, DM000221774, DM000221821, DM000221820, DM000221784, DM000221770, DM000221794, DM000221790, DM000221775, DM000221783, DM000221777, DM000221793, DM000221813, DM000221829, DM000221773, DM000221806, DM000221771, DM000221792, DM000221804, DM000221832, DM000221839, DM000221835, DM000221786, DM000221788, DM000221772, DM000221779, DM000221827, DM000221825, DM000221833, DM000221816, DM000221782, DM000221801, DM000221791, DM000221800, DM000221796,</p>
--------	-----	--	--	--	-----	-------------------	---	---	---

				H/49392/012500, H7493927620500, H7493927608550, H7493927612550, H7493927615550,H7493927620550, H7493927608600					
33100 000-1	131	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	SYNERGY™ XD H7493941708220 - xxxx - H7493941732500 (toate diametre din broșura)	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distribuție uniformă a substanței medicamentoase.</p> <p>Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radială sporită, vizibilitate sporită în timpul implantării.</p> <p>Restenoza mică prin vindecarea neointimei.</p> <p>Rata cea mai mică de tromboză intrastent intraspital și la 30 zile postinterventie. Indicat la pacienții cu risc înalt de sîngerare.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pînă la 1,75 mm de la diametrul inițial. Lungime efectivă obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).</p>	<p>Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distribuție uniformă a substanței medicamentoase.</p> <p>Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radială sporită, vizibilitate sporită în timpul implantării.</p> <p>Restenoza mică prin vindecarea neointimei.</p> <p>Rata cea mai mică de tromboză intrastent intraspital și la 30 zile postinterventie. Indicat la pacienții cu risc înalt de sîngerare.</p> <p>Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pînă la 1,75 mm de la diametrul inițial. Lungime efectivă obligatorii 140-150 cm</p>	DM000373006,DM000373029,DM000373026 DM000373032,DM000372999,DM000372995 DM000373045,DM000373041,DM000373044 DM000373008, M000373015,DM000373051 DM000373023,DM000372992,DM000372991 DM000373049,DM000373010,DM000373007 DM000373019,DM000373048,DM000373042 DM000373018,DM000373000,DM000373013, DM000373014 ,DM000373012,DM000373047, DM000373054,DM000372996,DM000373053, DM000373038,DM000373022 DM000373002, DM000373046,DM000373028,DM000373017, DM000373027,DM000373009,DM000373031, DM000373020,DM000373039,DM000373037 DM000373025,DM000373005,DM000373011 DM000373034,DM000373016,DM000373035 DM000373036,DM000373052,DM000372997 DM000373003,DM000373033,DM000373050 DM000373001,DM000373043,DM000372990 DM000373030,DM000373004,DM000372998, DM000373024,DM000373021,DM000372994 DM000373040,DM000372993

100000	132	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos EVEROLIMUS	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	Xience Pro S 1508225-08 1508xxdiametru-xxlungimea	SUA	Abbott	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire.</p> <p>Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi 8-38mm, pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire.</p> <p>Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii.</p> <p>Lungimi 8-38mm, pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm</p>	DM000343889 DM000343887 DM000343940 DM000343888 DM000343892 DM000343885 DM000343922 DM000343935 DM000343931 DM000343886 DM000343880 DM000343900 DM000343926 DM000343898 DM000343883 DM000343890 DM000343902 DM000343925 DM000343909 DM000343912 DM000343941 DM000343921 DM000343899 DM000343893 DM000343891 DM000343933 DM000343910 DM000343895 DM000343911 DM000343896 DM000343881 DM000343937DM000343894DM000343938 DM000343884 DM000343929 DM000343897 DM000343939 DM000343908 DM000343924 DM000343928 DM000343915 DM000343914 DM000343927 DM000343882 DM000343917 DM000343917 DM000343923 DM000343942 DM000343919 DM000343904 DM000343903 DM000343913 DM000343905 DM000343943 DM000343932 DM000343930 DM000343934 DM000343907 DM000343918 DM000343906 DM000343916 DM000343936 DM000343901 DM000343920
--------	-----	--	--	---	-----	--------	--	---	---

100000	133	Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom, medicamentos - EVEROLIMUS	Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom, medicamentos - EVEROLIMUS	Xience Pro S 1508225-08 1508xxxdiamentru-xxlungimea	SUA	Abbott	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN .</p> <p>Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire.</p> <p>Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Lungimi 8-38mm, pentru toate diametrele existente.</p> <p>Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial.</p> <p>Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN .</p> <p>Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire.</p> <p>Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximele, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii.</p> <p>Lungimi 8-38mm, pentru toate diametrele existente.</p> <p>Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial.</p> <p>Lungime shaft obligatorii 140-145 cm</p>	DM000343889 DM000343887 DM000343940 DM000343888 DM000343892 DM000343885 DM000343922 DM000343935 DM000343931 DM000343886 DM000343880 DM000343900 DM000343926 DM000343898 DM000343883 DM000343890 DM000343902 DM000343925 DM000343909 DM000343912 DM000343941 DM000343921 DM000343899 DM000343893 DM000343891 DM000343933 DM000343910 DM000343895 DM000343911 DM000343896 DM000343881 DM000343937 DM000343894 DM000343938 DM000343884 DM000343929 DM000343897 DM000343939 DM000343908 DM000343924 DM000343928 DM000343915 DM000343914 DM000343927 DM000343882 DM000343917 DM000343917 DM000343923 DM000343942 DM000343919 DM000343904 DM000343903 DM000343913 DM000343905 DM000343943 DM000343932 DM000343930 DM000343934 DM000343907 DM000343918 DM000343906 DM000343916 DM000343936 DM000343901 DM000343920
Semnat: " electronic" Numele, Prenumele: Graur Serghei În calitate de: Administrator									

