

## Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1547119757989	Data: 20 ian 2019, 14:00 - 15 febr 2019, 12:30	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Produse parafarmaceutice	Lot: 6-204	Pagina: 1 din 7

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	33680000-0	Ac neurostimulator cu cateter	5195.50/10/503/103	Franța	Vygon	Pencil-Point, 25 G, conector transparent, Lungimea acului 90 mm, distanta varf-orificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
7	33680000-0	Ac neurostimulator si control USG	5194.103	Franța	Vygon	ac G 18 L 35/50/100/120/150 mm, disponibil: 17 si 30 ° unghiul varfului, Gradare centimetrica acului , cateter perineural Pebax 0,45-0,85mm, L 50cm, cu marcare centrimetrica, filtru antibacterial 0,22mm, tub extensie aditional 50cm, seringa 10ml pentru testul aspiratiei compatibil aparat B-Braun si Neuro-Trace 111 aparate existent in institutie	conform broșurii anexate	CE/ISO
9	33680000-0	Balon pentru pneumodilatara a structurilor tractului digestiv	BDC-(16,18,20)/80-7/(18,24)	Germania	Micro-tech	Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
28	33680000-0	Cateter de analiză a aspiratului bronsic	38.25/34	Franța	Vygon	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/stîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conecitoare pentru sistemul cu mai multe accese	conform broșurii anexate	CE/ISO

29	336800 00-0	Cateter i/v cu valvă periferic	110.806/08/10/13/15 /17	Franța	Vygon	cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie si (valva de silicon) din PUR,X-RAY.Material poliuretan Dimensiune G24G122,G20,G18,G16;	conform broșurii anexate	CE/ISO
47	336800 00-0	Clame hemostatice endoscopice(set de singura folosința)	SX-HC-2300-90L = 2300mm, 2.8mm, 14mm deschiderea	China	Shangxi ang Endosco pie	Lungimea cateter-2200mm , diametru - 2,8mm, open width - 11mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
49	336800 00-0	Coș + extractor de calculi	BK1-B(21,22)- (20,25,30,35)-23- 200 (spiralate total sau doar jumătate)	China	Micro- tech	Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
50	336800 00-0	Coș + extractor de calculi	BK1-B20- (20,25,30,35)-23- 200, L=200cm	China	Micro- tech	Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
51	336800 00-0	Dispozitiv protecție gura(dinți)	AC01-101.(M / P), cu banda Elastica fara latex	China	Micro- tech	Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabila atasata.Marimi M,L	conform broșurii anexate	CE/ISO
53	336800 00-0	Electrod p/u electro- coagulator(diadermocuaagular e)	MB100	Spania	Telic	Fir monofocal 3 mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
54	336800 00-0	Emplastru	SNW12505W	Polonia	Zarys	Emplastru banda 1.25cmx5m Farmacerotto netesut,transparent(200000850M)	conform broșurii anexate	CE/ISO
55	336800 00-0	Emplastru	806011	Polonia	Zarys	Emplastru în bandă rului 10cm X2m , țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă penru piele.	conform broșurii anexate	CE/ISO
56	336800 00-0	Emplastru	806012	Polonia	Zarys	Emplastru în bandă rului 15cm X10m , țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă penru piele.	conform broșurii anexate	CE/ISO
57	336800 00-0	Emplastru	801015	Polonia	Zarys	Pflaster steril, 20cm x15cm , bactericid, adesiv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	conform broșurii anexate	CE/ISO
58	336800 00-0	Emplastru	801021	Polonia	Zarys	Pflaster steril, 10cm x 12,5cm , bactericid, adesiv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	conform broșurii anexate	CE/ISO
59	336800 00-0	Emplastru	801001	Polonia	Zarys	Pflaster steril, 5cm x 7,2cm , bactericid, adesiv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	conform broșurii anexate	CE/ISO
60	336800 00-0	Emplastru	801012	Polonia	Zarys	6X10cm, bactericid , hipoalergic pe suport textil	conform broșurii anexate	CE/ISO
61	336800 00-0	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	MN137	Turcia	Morton	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min- 2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	conform broșurii anexate	CE/ISO

62	336800 00-0	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la umiditatii si caldurii	MN137	Turcia	Morton	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	conform broșurii anexate	CE/ISO
64	336800 00-0	Filtru pentru utilizarea în anestezie sau în TI	MN136	Turcia	Morton	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	conform broșurii anexate	CE/ISO
65	336800 00-0	Filtre igienice pentru aspirator Olympus KV-5	MH-481	Japonia	Olympus	-	conform broșurii anexate	CE/ISO
67	336800 00-0	Gel pentru ECG 250ml	G-10	Spania	Telic	gel electrocardiograma volum 250ml flacon	conform broșurii anexate	CE/ISO
76	336800 00-0	Injector endoscopic	IN12-22523230	China	Micro-tech	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateter 2200mm, diametru-2,8, lungimea ac-5, diametru ac-22G	conform broșurii anexate	CE/ISO
80	336800 00-0	Mandren intubare pentru sonde endotraheale	PRI-06,PRI-10,PRI14	Polonia	Zarys	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei.MArimi 6,10,14F	conform broșurii anexate	CE/ISO
84	336800 00-0	Masca Boussignac CPAP cu nebulizer	5571.303/403/503/603	Franța	Vygon	dispozitiv pentru ventilare neinvaziva cu nebulizer (regim CPAP)	conform broșurii anexate	CE/ISO
90	336800 00-0	Mască de ventilare pentru terapia CPAP(presiune continuă pozitivă a căilor	MN129-05	Turcia	Morton	CE, clasa dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIA, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru	conform broșurii anexate	CE/ISO

		aeriene)				masurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, valva de protectie de asfixie,sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.		
91	336800-00-0	Masca pentru oxigen	MTS-M,MTS-S	Polonia	Zarys	n 4,5 unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	conform broșurii anexate	CE/ISO
96	336800-00-0	Mască respiratorie p/VAP neinvaziva	5562.303/403/503/603	Franța	Vygon	Trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru efectuare investigatiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485	conform broșurii anexate	CE/ISO
105	336800-00-0	Papilotom arcuat	3 lumen, DSP-30525-111111	China	Micro-tech	Lungimea - 200cm , biluminal, diametru minimal al canalului -3,7mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
106	336800-00-0	Papilotom punțional	3 lumen, DSP-30507-121111	China	Micro-tech	Ac lungimea -5mm , Lungimea - 200cm , biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
107	336800-00-0	Pensa pentru biopsie	NBF13-11123230, 2.8mm, 2300mm, Acoperire albastra cu dinti si ac	China	Micro-tech	Lungimea cateter - 2200mm , diametru - 2,8mm	conform broșurii anexate	CE/ISO
108	336800-00-0	Piese bucale pentru spirografie	33898	Italia	Gima	Carton mouth pieces, lenggth 60mm int.28mm-ext.30,3mm , ambalate individual	conform broșurii anexate	CE/ISO
126	336800-00-0	Rampa de robinete	5828.053	Franța	Vygon	Rezistentă la antiseptice , pentru 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare	conform broșurii anexate	CE/ISO
128	336800-00-0	Robinet tridirecțional	70141.10	Franța	Vygon	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	conform broșurii anexate	CE/ISO
129	336800-00-0	Sac Ambu	B-life	Italia	Spencer	p/maturi, Vol.-1-1,5l+valvă+sac rezervă, fără latex, fără DEHP, +mască	conform broșurii anexate	CE/ISO
131	336800-00-0	Sac de rezervă pentru tuburi gofrate	MN 125-09	Turcia	Morton	-	conform broșurii anexate	CE/ISO
135	336800	Seringa cu indicator a	1018.102	Franța	Vygon	Indica pozitionarea acului in spatiul epidural	conform broșurii anexate	CE/ISO

	00-0	spatiului epidural						
<b>136</b>	336800 00-0	Seringă pentru perfuzor	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	sterilă, 50ml, pentru ap. B.Braun, Terumo, Alaris , cu Luer-Lock, aparate existent in institutie	<b>conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
<b>163</b>	336800 00-0	Set aspirație Yankauer	ZO-212400104	Polonia	Zarys	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril. Canula indoiată cu capac perforat. Lungime totală canula Yankauer: 27,4 cm Diametru interior al lumenului canulei: 3,7. De unica folosinta.	<b>conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
<b>167</b>	336800 00-0	Set ligaturare varice esofagian	MBL-10	Cook Medical	Irlanda	Sistem de drenare a inelelor cu 2 fire paralele. Cateter preghitat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. Conector lui-lock pentru irigare incorporate. Set disponibil cu 10inele latex sau latex-free hipoalergice la solicitare.	<b>conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
<b>171</b>	336800 00-0	Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale si preluarea sangei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala	115.12/15/17 pentru 19/17/16 G	Franța	Vygon	set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale si preluarea sangei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala.Marimea alb 20G/160 mm , rosu 20G/80 mm, galben 22G/80 mm , sur 18G/160 mm	<b>conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
<b>186</b>	336800 00-0	Stenturi biliare	PDBS-xxxxx-xxxx (in dependenta de marime si forma se Formeaza codul), pusher	Germania	Micro-tech	Oligator: dotate cu pucher , teflon , diametru 7-10Fr.(la solicitare)	Diametrul 7, 8.5, 10 FR; L=5-15cm diferite marimi si forme(drept, curbat, angulat, pigtail, brad) la alegere in timpul comenzii,	<b>CE/ISO</b>
<b>200</b>	336800 00-0	Tub endotraheal cu manjetă	RIM	Polonia	Zarys	n7,5 ,n8,0 cite 2300,n8,5-800,n7-50,n20,n6,5-30	<b>conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
<b>204</b>	336800 00-0	Tub traheostomic cu manjetă	RTM	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manjeta de presiune scazuta cu fixatie ajustabila N7,5mm-9,0mm	<b>conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**