

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21266545 din 23.08.2024**

**Obiectul de achiziție: Piese de schimb, accesorii și instrumentariu medical**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Lampă xenon	PE175BFA	SUA	Excelitas Technologies Corp.	Lampă xenon pentru sursa de lumină la Karl Storz de tip Xenon Nova 175, 174W.15V, cu nivel scăzut de zgomot, temperatură de culoare 6400K, LED de înaltă performanță, durata de viață de la 30000 ore	Putere vizibilă totală: 2200 lumeni Putere - nominală: 175 wați Putere - Interval: 150-200 W Curent - nominal: 14 Amperi (DC) Curent - Interval: 12-16 Amperi (DC) Tensiune de aprindere: 23-35 kilovolți (în funcție de sistem) Tensiune de funcționare - nominală: 12,5 volți (DC) Tensiune de funcționare - Interval: 11-14 volți (DC) Durata de viață: 1000 de ore tipic Temperatura: 150 °C (maximum) Putere radiantă: 25 wați Putere UV (<390 nm): 1,2 wați Ieșire IR (>770 nm): 14 wați	ISO
<b>Total lot 1</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23