

## Specificații tehnice Anexa nr. 22

la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021  
Specificații tehnice

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1698324354035  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat nr. 4) |

| Denumirea bunurilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1  | 2                                       | 3               | 4            | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Bunuri</b>  |   |                 |              |  |  |                        |
| 3.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (Spitalul Raional Șoldănești, SR Rezina, ) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos)       | România         | Linde Gaz    | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (Spitalul Raional Șoldănești, SR Rezina, ). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (Spitalul Raional Șoldănești, SR Rezina). Puritate ≥ 99,5 %. Conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |                        |

Semnat: autorizat Numele, Prenumele: Galbur Igor În calitate de: manager vanzari  
Ofertantul: ACSEAL GAZ SRL Adresa: mun. Chisinau str. Padurii 13  
10.11.2023