

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1625819712090					Data: „21” august 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 10, pentru anul 2021 CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE					Lot: 11, 25, 26		Pagina: _1_din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	11	Cintar de laborator	BE2002	China	Biobase	Cintar de laborator Descriere Masa pentru instrumente medicale din inox pe roti cu sistem de frinare Parametru Specificația Display LCD Capacitate de masurare 0,02g - 200g Precizie 0,001g Clasa precizie II conform OIML Alimentare Retea 220V 50Hz Functii de baza Zero automat, tare, indicator de stabilizare Temperatura de lucru Între -20°C și +40°C	Cintar de laborator Parametru Specificația Display LCD Capacitate de masurare 0 - 200g Precizie 0,001g Clasa precizie II conform OIML Alimentare Retea 220V 50Hz Functii de baza Zero automat, tare, indicator de stabilizare Temperatura de lucru Între -20°C și +40°C	CE, ISO
33100000-1	25	Lampa chirurgicală scialitică cu 2 brațe (cu kit de fixare de tavan)	BIOL800 / 600	China	Braun Industry	Sistem de iluminare pentru sala operați, compus din: - 2 lămpi chirurgicale; - Fiecare lampă a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax de tavan; - Lungimea brațelor: min 95 cm.; - Unghiul de rotire al primului brat față de fixatorul de tavan: minim 230grade – lateral; - Unghiul de rotire al 2-lea brat față de primul brat: 230grade – lateral, minim 90 grade – vertical; - Unghiul de rotire al brațului 2 – 360 grade – lateral; - Unghiul de rotație al capului luminous față de brațul 2: 360 grade – lateral; Tehnologia tip „Depth of fleid., sau tehnologie echivalentă, integrate în sistemul de control al iluminării. Lampa 1 - Diametrul capului luminous; 60-70 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. ± 10.000 lux.; - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminous; - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000ore; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux ±10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași;	Sistem de iluminare pentru sala operați, compus din: - 2 lămpi chirurgicale; - Fiecare lampă a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax de tavan; - Lungimea brațelor: min 95 cm.; - Unghiul de rotire al primului brat față de fixatorul de tavan: minim 230grade – lateral; - Unghiul de rotire al 2-lea brat față de primul brat: 230grade – lateral, minim 90 grade – vertical; - Unghiul de rotire al brațului 2 – 360 grade – lateral; - Unghiul de rotație al capului luminous față de brațul 2: 360 grade – lateral; Tehnologia tip „Depth of fleid., sau tehnologie echivalentă, integrate în sistemul de control al iluminării. Lampa 1 - Diametrul capului luminous; 70 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. ± 10.000 lux.; - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminous; - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000ore; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux ±10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași;	CE, ISO

						- Temperatură culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Cordonatele cromatice: x=0,360 ±10, y=0,370 ±10. - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. - Lampa 2 - Diametrul capului luminos; 40-50 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. ± 10.000 lux.; - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos; - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000 ore; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux ±10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași; - Temperatură culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Cordonatele cromatice: x=0,360 ±10, y=0,370 ±10. - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. Descrierea încăperii: înălțimea de la podea până la tavanul fals (platou metalic de fixare): 2500 cm – 2800 cm.	- Temperatură culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Cordonatele cromatice: x=0,360 ±10, y=0,370 ±10. - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. - Lampa 2 - Diametrul capului luminos; 50 cm; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux. ± 10.000 lux.; - Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos; - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz; - Iluminare LED; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000 ore; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux ±10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași; - Temperatură culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Cordonatele cromatice: x=0,360 ±10, y=0,370 ±10. - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil: 2 buc. Descrierea încăperii: înălțimea de la podea până la tavanul fals (platou metalic de fixare): 2500 cm – 2800 cm.	
33100000-1	26	Lampa chirurgicală scialitică cu 1 braț pe troliu (portativă)	BIOL800M	China	Braun Industry	Sistem de iluminare pentru sala operați, compus din: - 1 lămpă chirurgicală cu brat articulată mobil, fixat; - Troliu mobil cu minerpentru mutarea în siguranță a lămpii de operații; - Troliu mobil - Baza de minim 50 x 50 cm; - Roti – min. 4 , cu frână; - Înălțimea brațului: vertical – 180 cm (±15 cm.); - Lungimea brațului 2 - min. 50 cm.; - Rotație brat 2 – 360 grade +/- 20 grade. - Lampa - Diametrul capului luminos min. 40 max. 55 cm; - Panoul de control atașat lateral pe pe brațul de fixare al capului luminos; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000 ore; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux ±10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași; - Temperatură culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil pentru capul luminos. - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz;	Sistem de iluminare pentru sala operați, compus din: - 1 lămpă chirurgicală cu brat articulată mobil, fixat; - Troliu mobil cu minerpentru mutarea în siguranță a lămpii de operații; - Troliu mobil - Baza de minim 50 x 50 cm; - Roti – min. 4 , cu frână; - Înălțimea brațului: vertical – 180 cm (±15 cm.); - Lungimea brațului 2 - min. 50 cm.; - Rotație brat 2 – 360 grade +/- 20 grade. - Lampa - Diametrul capului luminos min. 40 max. 55 cm; - Panoul de control atașat lateral pe pe brațul de fixare al capului luminos; - Durata medie de viață: 50.000 ore ± 1000 ore; - Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 100 cm.: 160.000 lux ±10.000 lux; - Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași; - Temperatură culorii, cca: 4.500 0K; - Indicile de redare a culorilor, Ra: între 95-100; - Index R9 ≥ 90; - Distanța de lucru: 70 – 150 cm. - Miner demontabil și sterilizabil pentru capul luminos. - Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz;	CE, ISO

						- Consum energie: 60W ±15W; - Iluminare LED; - Cablu de alimentare la priză. Opțiune: posibilitatea de instalare baterie cu durata de funcționare – minim. 6 ore.	- Consum energie: 60W ±15W; - Iluminare LED; - Cablu de alimentare la priză. Opțiune: posibilitatea de instalare baterie cu durata de funcționare – minim. 6 ore.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301