

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1768916297279 din 22 ian 2026, 14:30 - 27 ian 2026, 12:30

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a aparatelor medicale perioada 2026

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
50400 000-9	3	Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „ITALRAY - XFM”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „ITALRAY - XFM”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Autorizație radiologică
50400 000-9	4	Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația „SHIMADZU RadSpeed Pro”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max),	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația „SHIMADZU RadSpeedPro”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si	Autorizație radiologică

						5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**