

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1775820828521/21600754 din: 10.04.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027 (refortarea 10) pentru anul 2026								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii								
4	Lot nr. 4 Lot nr. 64 Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	Lot nr. 4 Lot nr. 64 Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	ND-2511	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) □ Cod 130900</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril. □ Parametri Specificație □ Electric obligatoriu □ Timp funcționare, min ≥ 15 □ Putere, W ≥ 100 □ Greutate, gr ≤ 3000 □ Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C □ Viteza de rotație, r.p.m. ≤ 5000 □ Zgomot (db) ≤ 75 □ Mecanism de blocare obligatoriu □ Carcasă sterilizabilă obligatoriu □ Baterii ≥ 2 □ Indicator stare baterie obligatoriu □ Slație încărcare bateriada, codul produsului □ Accesorii, adaptoare Broșe Kirschner, de găurit □</p>	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) □ Cod 130900</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril. □ Parametri Specificație □ Electric obligatoriu □ Timp funcționare, min ≥ 15 □ Putere, W ≥ 100 □ Greutate, gr ≤ 3000 □ Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C □ Viteza de rotație, r.p.m. ≤ 5000 □ Zgomot (db) ≤ 75 □ Mecanism de blocare obligatoriu □ Carcasă sterilizabilă obligatoriu □ Baterii ≥ 2 □ Indicator stare baterie obligatoriu □ Slație încărcare bateriada, codul produsului □ Accesorii, adaptoare Broșe Kirschner, de găurit □</p>	CE ISO
5	Lot nr. 5 Lot nr. 65 Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	Lot nr. 5 Lot nr. 65 Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	NM-500	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional.</p> <p>Parametri Specificație □ Pusa de mână Electric obligatoriu □ Multifuncțional obligatoriu □ Putere, W ≥ 100 □ Greutate, gr ≤ 3000 □ Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C □ Viteza maximă de rotație, r.p.m. ≤ 5000 □ Zgomot (db) ≤ 75 □ Mecanism de blocare obligatoriu □ Carcasă sterilizabilă obligatoriu □ Baterii ≥ 2 □ Indicator stare baterie obligatoriu □ Slație încărcare baterii obligatoriu □ Accesorii/adaptoare: Foresta occluzant Cap rotativ 360° da Prevenția r.p.m. ≥ 10000 □ Sterilizare, autoclavare da □ Foresta alternativă Prevenția r.p.m. ≥ 10000 □ Sterilizare, autoclavare da □ Freză de așez Viteza de rotație reglabilă □ Sterilizare, autoclavare da □ Perforatoare obligatoriu □ Alte adaptoare opționale □ Accesorii □ Lame pentru frezarea 1 buc., să se indice codul produsului □ Lame pentru frezarea alternativă 2 buc., să se indice codul produsului □ Burghie 1 buc., să se indice codul produsului □ Cheie pentru fixare burghie 1 buc., să se indice codul produsului □ Gama pentru pastre și transportare 1 buc., să se indice codul produsului □ Container pentru sterilizare 1 buc., să se indice codul produsului □</p>	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional.</p> <p>Parametri Specificație □ Pusa de mână Electric obligatoriu □ Multifuncțional obligatoriu □ Putere, W ≥ 100 □ Greutate, gr ≤ 3000 □ Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C □ Viteza maximă de rotație, r.p.m. ≤ 5000 □ Zgomot (db) ≤ 75 □ Mecanism de blocare obligatoriu □ Carcasă sterilizabilă obligatoriu □ Baterii ≥ 2 □ Indicator stare baterie obligatoriu □ Slație încărcare baterii obligatoriu □ Accesorii/adaptoare: Foresta occluzant Cap rotativ 360° da Prevenția r.p.m. ≥ 10000 □ Sterilizare, autoclavare da □ Foresta alternativă Prevenția r.p.m. ≥ 10000 □ Sterilizare, autoclavare da □ Freză de așez Viteza de rotație reglabilă □ Sterilizare, autoclavare da □ Perforatoare obligatoriu □ Alte adaptoare opționale □ Accesorii □ Lame pentru frezarea 1 buc., să se indice codul produsului □ Lame pentru frezarea alternativă 2 buc., să se indice codul produsului □ Burghie 1 buc., să se indice codul produsului □ Cheie pentru fixare burghie 1 buc., să se indice codul produsului □ Gama pentru pastre și transportare 1 buc., să se indice codul produsului □ Container pentru sterilizare 1 buc., să se indice codul produsului □</p>	CE ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4