

Nr. 128/PH-CAPCS din 12.10.2022

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cu referire la *Standardul BS EN ISO 13959: 2015* solicitat la lotul 4 Sistem de purificare a apei pentru dializă, Pharmony S.R.L., în calitate de distribuitor autorizat B.Braun, Germania în Republica Moldova, informează că documentul respectiv, nu se oferă producătorului de dispozitiv medical, ci utilizatorului care produce apa pentru dializă. Pentru atribuirea acestui standard, utilizatorul urmează să efectueze periodic analize micro-biologice și chimice ale permeatului produs de ministație pentru a verifica corespunderea cu cerințele acestui standard.

Director

Alexandru Șarco