

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21394463 din 4 apr 2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea debitmetrului ultrasonic.							
Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri /servicii						
	LOTUL 1						
LOT 1	Debitmetru ultrasonic	Debitmetru ultrasonic clamp-on cu 2 canale Prosonic Flow P 500	Elveția	Endress+Hauser	Conform Caietului de Sarcini (pct.5)	Metodă de măsurare: Cu ultrasunet Tip mediu măsurat: Apa de proces Tip constructiv: Debitmetru staționar cu senzori clamp on Material conducte: Metal Diametru conducte: 50 ÷ 2000 mm Grosimi pereți conducte: 4...15 mm Mărimi înregistrate: Debit, viteză agent termic Condiții de mediu climatic: -20...55°C	

						Grad de protecție debitmetru, minim: IP66/67 Canale de măsurări: Două canale care pot fi configurate separat. Ieșiri: 1 ieșire 4...20mA HART 1 ieșire 4...20mA 1 ieșire frecvență/impuls/releu Eroarea de măsurare a debitului, maxim: $\pm 2\%$ Diapazonul temperaturilor de lucru: 0...170°C Ecran de vizualizare date înregistrate: LCD grafic, cu iluminare. Meniu cel puțin în limbile: Engleză/Rusă Alimentarea cu energie electrică: 100-230VAC/24VDC, 50 Hz Volum de date înregistrate, cel puțin: 1000 puncte de măsurare. Modalitate de conexiune debitmetru la calculator: CDI-RJ45, funcție web-server. Ciclu de funcționare: 100% (24/24 ore), 8765 h/an. Cablul senzori debit: 50 m fiecare senzor Marcaj CE: Da Debitmetrului ultrasonic are capacitatea de diagnosticare pentru identificarea erorilor în procesul de măsurare, posibilitatea calibrării ieșirilor de curent, setare valoare de referință a ieșirii de curent, setare valori predefinite 4-20 mA, calitatea semnalului de la traductori, puterea semnalului, viteza măsurată a sunetului în lichid, defect al blocului de măsurare. •Termenul maxim de efectuare a reparațiilor: depinde de starea echipamentului și complexitatea reparației. •Garanția la reparațiile efectuate: depinde de starea și termenul de exploatare a echipamentului. •Certificatul de conformitate atașat. •Certificat de garanție: 12 luni din data livrării	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno-Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 70**

În calitate de: **director**