

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 20.05.2021	
Numărul licitației: 21038337						Alternativa n		
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)						Lot: conform listei solicitate		agina 1din
Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 3						
3310000-1		Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	Leon plus (0200010)	Germania	Löwenstein Medical GmbH & Co. KG	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer, N2O Prize de conectare pentru gaze standard Parkodex (Air, O2) Suport Butelie Gaz O2, Aer, N2O Butelii incluse în configurația de livrare compatibile cu mașina de anestezie incluse pentru: da O2 Minim 1 Aer comprimat Minim 1 Ecran mașina de anestezie ≥15", color touch screen Vaporizator vaporizatoare instalate la dipozitiv și livrate minim 2 unități, dintre care: da minim 1 pentru Izofluran da minim 1 pentru Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic da Sistem de baleiaj activ sau pasiv Sistem de management al consumului de agent anestezic da Port auxiliar de oxigen cu reglarea fluxului acestuia da Debitmetre tipul electronice gaz O2, Air gama, L/min ≥ 0 - 15 Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, SIMV, PS mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) da volumul Tidal, ml interval minim 50-1000 Volum minut, litri/min interval minim 10-70 frecvența respirației/minut interval minim 5 - 70 fluxul inspirator, L/min interval minim 10-50 raportul I:E interval minim 3:1 la 1:3 pauză de inspirație da limita de presiune, cmH2O ajustabilă, interval minim 0-70 PEEP, cmH2O interval minim 0-20 Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de păstrare a integrității circuitului la deconectarea canistrei cu absorber da Parametri monitorizați și afișați Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da Alarmă presiune subatmosferică da Continuarea alarma presiune da Presiune scăzută / apnee da Alte alarme de presiune da Volumul expirator / flux da Parametri monitorizați și afișați Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer, N2O - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 313 Date tehnice) Prize de conectare pentru gaze standard Parkodex (Air, O2) - DA Suport Butelie Gaz O2, Aer, N2O - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 342) Butelii incluse în configurația de livrare compatibile cu mașina de anestezie incluse pentru: DA O2 - 1 buc, Aer comprimat - 1 buc Ecran mașina de anestezie 15"", color, touch screen - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 315 Date tehnice) vaporizatoare instalate la dipozitiv și livrate 2 unități, dintre care: DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 314 Date tehnice) 1 pentru Izofluran da, 1 pentru Sevofluran da interlock - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 314 Date tehnice) sistem de absorbție - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 315 Date tehnice) Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 319 Date tehnice) siguranță de amestec hipoxic - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 319 Date tehnice) Sistem de baleiaj activ sau pasiv - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 84) Sistem de management al consumului de agent anestezic - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 319 Date tehnice) Port auxiliar de oxigen cu reglarea fluxului acestuia - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 41) Debitmetre tipul electronice - DA(Manual de utilizare Leon Plus pag.316 Date tehnice) gaz O2 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 313 Date tehnice) gama, L/min 0 - 15 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 313 Date tehnice) Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric - DA moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, SIMV, PS - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 316 Date tehnice) mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 313 Date tehnice) volumul Tidal, ml interval minim 50-1000 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 315 Date tehnice) Volum minut, litri/min interval max 30 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 316 Date tehnice) frecvența respirației/minut interval 4 - 80 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 316 Date tehnice) fluxul inspirator, L/min interval minim 10-50 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 316 Date tehnice) raportul I:E interval 1:4 – 4:1 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 316 Date tehnice) limita de presiune, cmH2O ajustabilă, interval minim 0-70 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 317 Date tehnice) PEEP, cmH2O interval minim 0-20 - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 316 Date tehnice) Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 118, 123, 124 Test Sistem)	CE
							IntelliVue MX550	SUA

[illegible]

						*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit."	Sursă de iluminare LED - DA (Instrucțiuni de utilizare Monitor de pacient IntelliVue pag. 18) Presiune de alimentare cu gaze interval minim 3 - 6 bar - DA (Manual de utilizare Leon Plus pag. 320 Date tehnice) Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Plămîn de test Adult, reutilizabil - 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil 5 buc. Accesorii modul de gaz Adult - 2 set. Cablul ECG Adult, reutilizabil 5 fire 2 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil 2 buc. Cablul de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil 4 buc.. Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat	
		Total lot 3						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**

II.

1