

Anexa No. 77 - Specificatie tehnica ofertata - LOT 77

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)			Monitor de pacient
Cod	260310		Model: BT-770
Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.		Producător: BISTOS CO. LTD., Coreea Sud Nr.înregistrare: DM000499812
Parametrul		Specificația solicitată	Specificația ofertată
Tip pacient	Adult, pediatric, nou-născut	da	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Display, tip	Diagonala	≥ 12 inch	Da, corespunde 12,1 inch (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	LCD TFT sau LED	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Parametri afișați	Semnal ECG	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Pulsul	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		SpO2	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Fotopletismograma	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Presiunea sanguină neinvaziv	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Temperatura	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Analiza automată a unei ST	Trendingul ST	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Media în analiza segmetului ST	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Modul ECG	Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi	obligatoriu	Da, corespunde, în oferta este inclus cablu cu 3 electrozi (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	I, II, III	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Sensivitatea	diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV	Da, corespunde, de la 1.25 până la 20 mm/mV (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz	≥ 100 dB	Da, corespunde, gama de rejecție > 100dB (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Rata cardiacă	diapazon min. 15 - 350 bpm	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Detectarea aritmiei	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Detectarea pacemaker	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Monitorizarea respiratiei Pediatric	diapazon min. 0 - 150 rpm	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Protecție în portiva șocurilor de defibrilare	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Diapazonul	1 - 100%	Da, corespunde, diapazon 0% - 100% (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)

Modul SpO2	Acuratețea la 70 - 100%	≤ 2 %	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Monitorizarea rata pulsului	diapazon min. 30 - 300 bpm	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Monitorizarea pletismogramei	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat	(exemplu: masimo, nellcor, etc)	Tehnologia modulului și senzorului de SpO2: Masimo (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Modul NIBP	Diapazonul Pediatric	diapazon min. 10 - 200 mmHg	Tehnologia modulului și senzorului de SpO2: Masimo (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Regim de măsurare	manual, automat, butonul Start	Tehnologia modulului și senzorului de SpO2: Masimo (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Regim automat	5, 10, 15, 30, 60, 120 min.	Da, corespunde, 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Buton de activare/dezactivare manual a NIBP	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Metoda de măsurare	oscilometrică	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric	240 mmHg, ±3mmHg	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Modul Temperatura	Diapazonul	diapazon min. 0 - 50.0 °C	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Acuratețea	±0.1 °C	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Rezoluția	≤ 0.1 °C	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Număr de senzori	1 unit.	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Protocoloale de lucru preprogramate		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Protocoloale de lucru setate de utilizator		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Memorie internă		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Trendingul evenimentelor		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Arhivarea datelor		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Imprimantă	Încorporată	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Forme de raportare	Viteza de înscriere	min. 25, 50 mm/s	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Înscriere continuă	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Preprogramate	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Personalizate	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Alimentarea	rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Baterie internă	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Timp de lucru autonom a bateriei	minim 2 h	Da, corespunde, timp de lucru 5h
Interfata de conectare la monitorul central	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Vizuala, sonora	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Manjetă deconectată	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Manjetă defect	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Senzor SpO2 deconectat	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Senzor SpO2 defect	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)

Alarma	Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Nivelul baterie scăzut	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Alarmerata cardiacă scăzută/mărită	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Lipsă sursă externă de alimentare	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Ajustarea nivelului de alarmă	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Accesorii			
Cablu ECG	cu 3 electrozi	2 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Obțiunea "Cablu ECG cu 3 electrozi" este inclusă în ofertă - 2 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Electrozi ECG	pediatric, unică utilizare	300 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Obțiunea "Electrozi ECG pediatric de unică utilizare" este inclusă în ofertă - 300 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Senzor SpO2	pediatric, reutilizabil	2 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Obțiunea "Senzor SpO2, pediatric, reutilizabil" este inclusă în ofertă - 2 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Senzor Temperatură	pediatric, reutilizabil	1 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Obțiunea "Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil" este inclusă în ofertă - 1 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Manjete NIBP	pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)	2 set., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Obțiunea "Manjete NIBP pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" este inclusă în ofertă - 2 set. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Hârtie termică		5 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Obțiunea "Hârtie termică" este inclusă în ofertă - 5 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Troleu pe roțile	Indicați modelul oferit	model produsului oferit	Da, corespunde, Obțiunea "Troleu pe roțile cu toate accesoriile" este inclusă în ofertă (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
	min. 5 roțile	obligatoriu	
	min. 2 roțile cu frână	obligatoriu	
	coș pentru accesorii	obligatoriu	
	mîner pentru transportare	obligatoriu	
	sistem de fixare a dispozitivului de suport	obligatoriu	

Semnat: _____

Nume: Petru BOLEA

În calitate de: Șef Departament Comercial

Denumirea firmei și sigiliu: SC IMUNOTEHNOMED SRL