

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1718171411705	din	12.06.2024
Obiectul achiziției:	Recirculatoare bactericide		

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Recirculatoare bactericide						
Recirculatoare bactericide	Recirculatoare bactericide Model RBI 200 AMDM DM000564967 Rg04-000160	R. Moldova	”Caravan Express” SRL	Recirculator Bactericid 200m3/ora Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, laboratoare, holuri Recirculatorului prevazut pentru dezinfectarea aerului în prezența personalului și pacienților, *Dotat doua tuburi bactericide 30W . *Aria de sterilizare $\geq 45-60m^2$ *Unda de iradiere, 253.7 nm *Lungimea Corpului 1000x200x120 $\pm 10\%$. *Alimentarea 220V, 50 Hz *Puterea fluxului de aer 200m3/ora . *Nivel de zgomot pina la 37 dB *Instalația fabricata din <u>metal inoxidabil</u> - DA *Fixare pe perete orizontal . *Sa detina filtru particule - DA *Protectie de la scurt circuit - DA *Telecomanda cu timer -DA *Sa detina si buton ON/OFF *Lungime cablu schuko 3m - DA *Orificiu placat cu sticla sau plastic pentru vizualizarea funcționarii- DA	Recirculator bactericid 200m3/ora - Model RBI 200 Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, laboratoare, holuri Recirculatorul prevăzut pentru dezinfectarea aerului în prezența personalului și pacienților - DA ; - Dotat cu tuburi bactericide - 2 x 30W- DA ; - Aria de sterilizare - 80 m² DA ; - Unda de iradiere - 253.7 nm – DA ; - Lungimea corpului - 910 x 220 x 110mm ; - Alimentarea 220V, 50 Hz - DA ; - Puterea fluxului de aer - 200m3/ora - DA ; - Nivel de zgomot - 37 dB - DA ; - Fabricata din metal inoxidabil - DA ; - Fixare pe perete orizontal - DA ; - Deține filtru particule - DA ; - Protecție de la scurt circuit - DA ; - Deține telecomandă cu timer - DA ; - Deține buton ON/OFF - DA ; - Cablu cu priza schuko 3m - DA ; - Orificiu placat cu sticla sau plastic pentru vizualizarea funcționarii- DA ; 	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3