

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1576149800503	Data: 23 dec 2019, 10:00 - 2 ian 2020, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2020	Lot: 1-13	Pagina: 1 din 2

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33190000-8	Video gastroscop GIF-H185 Seria 2400770	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
2	33190000-8	Video bronhoscop BF-H190 Seria 2400312	-	-	-	Schimbarea CCD Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
3	33190000-8	Video bronhoscop BF-H190 Seria 2400319	-	-	-	Schimbarea CCD Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
4	33190000-8	Colonoscop CF-180AL Seria 2208817	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie. Schimbarea cauciucului capului distal A Schimbarea totala a partii de insertie C-Tube Schimbarea fibrei de lumina Schimbarea portiunii de angulatie	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
5	33190000-8	Gastroscop GIF-H180 Seria 2206795	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie. Schimbarea cauciucului capului distal A Schimbarea totala a partii de insertie C-Tube Schimbarea fibrei de lumina Schimbarea portiunii de angulatie	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
6	33190000-8	Colonoscop CF-H185L Seria 2400362	-	-	-	Schimbarea CCD Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO

						Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație		
7	33190000-8	Video colonoscop CF-H185L Seria 2400361	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
8	33190000-8	Video colonoscop CF-H185L Seria 2400357 buc 1	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
9	33190000-8	Video colonoscop CF-H185L Seria 2400355	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
10	33190000-8	Video colonoscop CF-H185L Seria 2400354	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
11	33190000-8	Video colonoscop CF-H185L Seria 2400353	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
12	33190000-8	Video colonoscop CF-H185L Seria 2400352	-	-	-	Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO
13	33190000-8	Video colonoscop CF-H185L Seria 2400351	-	-	-	Schimbarea CCD Schimbarea canalului de biopsie Schimbarea canalului de apa/aer Schimbarea cauciucului capului distal Schimbarea părții de inserție Schimbarea fibrei de lumină Schimbarea porțiunii de angulație	Conform raportului centrului de reparații Olympus Europa	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**