

Specificații tehnice (F 4.1)Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1717676796848**Obiectul achiziției: **“Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2024”**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lot 9. Mentenanță anuală Mediso Anyscan SPECT/CT/PET	Anyscan SPECT/CT/PET	Ungaria	Mediso Medical Imaging Systems	<p>Servicii de mentenanță a dispozitivului Mediso Anyscan SPECT/PET aflat în dotarea SCR,</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor pentru 6 luni;</p> <p>Verificare și calibrare trimestrială și anuală a tomografului Mediso AnyScan SPECT/CT/PET.</p> <p>Curățare și lubrifiere părți mecanice. Reparații dispozitiv la solicitarea instituției. Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător.</p> <p>Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră.</p> <p>Prezentarea raportului de deservire la finalizarea intervenției cu specificarea rezultatului și statutului dispozitivului.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor la Mediso AnyScan SPECT/CT/PET.</p> <p>Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare intervenție solicitată după prezentarea raportului ce confirmă statutul funcțional al dispozitivului și a facturii. Teremen de</p>	<p>Servicii de mentenanță a dispozitivului Mediso Anyscan SPECT/PET aflat în dotarea SCR,</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor pentru 6 luni;</p> <p>Verificare și calibrare trimestrială și anuală a tomografului Mediso AnyScan SPECT/CT/PET.</p> <p>Curățare și lubrifiere părți mecanice. Reparații dispozitiv la solicitarea instituției. Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător.</p> <p>Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră.</p> <p>Prezentarea raportului de deservire la finalizarea intervenției cu specificarea rezultatului și statutului dispozitivului.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor la Mediso AnyScan SPECT/CT/PET.</p> <p>Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare intervenție solicitată după prezentarea raportului ce confirmă statutul funcțional al dispozitivului și a facturii. Teremen de</p>	CE, ISO

				garanție pentru lucrările de depanare executate minim 6 luni.	garanție pentru lucrările de depanare executate minim 6 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)