

Specificații tehnice

Numărul licitației:			21641880			Data: 31.07.2026		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2	3	4	5	6	7		8	
	29	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	F4141	Italia Fiab	Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte	Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, Da reutilizabil min. 30 cicluri, Da lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte Da			
	35	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	F7820W/V	Italia Fiab	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. Da			
	50	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	F9067	Italia Fiab	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu Da			
	72	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006)	SP0046	Italia CA-MI	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm Da			

137	Hârtie USG, 110mm x 18m , tip HG (007074)	BMSY013	Italia Lumed	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent ULSTAR-1100 HG,SONY 110 HG	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent ULSTAR-1100 HG,SONY 110 HG Da	
151	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	TS3962	Italia Lumed	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Da Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Da Lungime – 70mm ±5mm Da 3. Destinat pentru adulți Da 4. Compatibil cu spirometre Da MIR Da 5. De unică folosință Da 6. Ambalaj individual Da	
153	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii (007095)	TS8551	Italia Lumed	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Da Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Da Lungime 70 mm (+/- 5 mm) Da 3. Destinat pentru copii Da 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX Da 5. De unică folosință Da 6. Material: carton Da 7. Ambalaj individual Da	

154	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096)	TS8263	Italia Lumed	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton	
155	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097)	TS5218	Italia Lumed	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Da Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Da Lungime – 70mm ±5mm Da 3. Destinat pentru adulți Da 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX Da 5. De unică folosință Da 6. Material: carton Da 7. Ambalaj individual Da	
156	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Pneumos 500 (007098)	TS8822	Italia Lumed	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,2mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Da Diametru interior – 24mm ±0,2mm Da Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Da Lungime – 70mm ±5mm Da 3. Destinat pentru adulți Da 4. Poate fi utilizat la aparatul Pneumos 500 Da 5. De unică folosință Da 6. Material: carton Da 7. Ambalaj individual Da	

33100000-1	161	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	SRP1520	Italia E.C.S.	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Da	
	162	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	SRP2020	Italia E.C.S.	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Da	

163	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	SRP2520	Italia E.C.S.	Rolă din hîrtie măř.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măř.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Da	
164	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	SRP3020	Italia E.C.S.	Rolă din hîrtie măř.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măř.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Da	

166	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	SRP4020	Italia E.C.S.	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Da	
178	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	F9023SSC + F9008SSC	Italia Fiab	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. Da	
219	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)	ECG 5 Lead	Coreea de Sud Bistos	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 Da	
262	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396)	F9008SSC	Italia Fiab	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. Da	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1