



# HOPKINS® II Telescopes

Diameter 5 mm, length 24 cm

Trocar size 6 mm  
 for use in pediatric surgery




26011 BA



26011 AA

**HOPKINS® II Straight Forward Telescope 0°**, enlarged view, diameter 5 mm, length 24 cm, **autoclavable**, fiber optic light transmission incorporated, color code: green



26011 BA

**HOPKINS® II Forward-Oblique Telescope 30°**, enlarged view, diameter 5 mm, length 24 cm, **autoclavable**, fiber optic light transmission incorporated, color code: red

5-013

Trocars for use with telescopes diameter 5 mm see page 256 and catalog LAPAROSCOPY

**EC-DECLARATION OF CONFORMITY**  
**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Device Name  
Produkt Name HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 24 cm

Model Number(s)  
Modell Nummer(n) 26011BA

Classification  
Klassifizierung Class IIa per Annex IX, Rule 6 of Council Directive 93/42/EEC  
Klasse IIa gemäß Anhang IX, Regel 6 der Richtlinie 93/42/EWG des Rates

We issue the present Declaration of Conformity on our sole responsibility and herewith declare self-dependent that the device mentioned above meets the Essential Requirements as defined in Annex I MDD 93/42/EEC .

Wir stellen die vorliegende Konformitätserklärung in Eigenverantwortung aus und erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt die Grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I MDD 93/42/EWG erfüllt.

This Declaration of Conformity is issued according to Annex II excluding (4) Council Directive 93/42/EEC for Medical Devices (for class IIa and IIb devices).

Diese Konformitätserklärung ist erstellt gemäß Anhang II ohne Abschnitt (4) Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte (für Klasse IIa und IIb Produkte).

Notified Body / Registration Number / Benannte Stelle / Registrierungsnummer:  
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, 80339 München / 0123

Full list of applied standards, directives and laws (12-C2.3.F013-LOAS-CM005) on request.

Vollständige Liste angewandter Normen, Richtlinien und Gesetze (12-C2.3.F013-LOAS-CM005) auf Anfrage.

The validity of this declaration is determined by EC certificate number: G1 18 04 84462 012

Die Gültigkeit dieser Erklärung bestimmt sich nach dem EG Zertifikat mit der Nummer: G1 18 04 84462 012

**CE0123**

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34  
78532 Tuttlingen  
Germany

Tuttlingen, 17 Juli 2018

  
i. V. Serkan Sezer  
Vice President  
Global Quality Management,  
Regulatory Affairs, RSB & Service



*This declaration loses all validity if KARL STORZ SE & Co. KG performs a product change which affects the Conformance to the Essential Requirements or an alteration of any kind not approved by KARL STORZ SE & Co. KG was made at the device mentioned above.*

*Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit sobald KARL STORZ SE & Co. KG Produktänderungen durchführt, welche die Konformität mit den Grundlegenden Anforderungen beeinflusst oder eine Änderung jeglicher Art ohne Freigabe durch die KARL STORZ SE & Co. KG am oben genannten Produkt durchgeführt wird.*