

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1735287369911 / 21331855 din: 27.01.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru anul 2025

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
26	Proteza tip "Teflon-Piston"	E1103	India	EON MEDITECH PRIVATE LIMITED	Proteza tip "Teflon-Piston" pentru stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon.	Proteza tip "Teflon-Piston" pentru stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon.	CE
28	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatura 54 C, (250mm-70mm)	MGTR-250070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hârtie mărimea 250 mm x 70 mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate al materialului de împachetare trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = 1 rolă.	Rolă din hârtie mărimea 250 mm x 70 mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate al materialului de împachetare trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = 1 rolă.	CE DM000691149
46	Test Ureazic Helicobacter Pylori	RAPID UREASE TEST	China	TIANJIN GALENUS MEDICAL CO. LTD.	Test rapid (lichid), citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, păstrarea la temperatura camerei.	Test rapid (lichid), citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, păstrarea la temperatura camerei.	CE DM000568623

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4