

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643025061046 din 01.02.2022							
Obiectul de achiziției: Utilaj medical							
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri:							
Lotul 1							
33100000-1	Utilaj medical (Analizator Semiautomat pentru urină)	Mission U120 Smart	SUA	ACON	<p>Analizorul Semiautomat de urina oferă rezultate calitative și semi-cantitative pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urobilinogen (UBG), - Bilirubina (BIL), - Corpi Cetonici (KET), - Hematii (Blood - BLD), - Proteine (PRO), - Nitriti (NIT), - Leucocite (LEU), -Glucoza (GLU), -Densitate Specifica (SG), - pH (pH), -Vitamina C (VC) sau Microalbumina (MALB) <p>Parametrii tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -minim 120 specimene de proba/ora; -Software accesibil pentru utilizatori -Înprimanta termica încorporată, ce listeaza rezultatele automat -Utilizatorii pot seta singuri limite pentru valorile patologice -Sursa de lumina rece cu minim 4 lungimi de unda ce asigura acuratețea rezultatelor -Volum minim 60 de probe. -Capacitate mare de stocare a datelor. -Anul producerii 2021-2022. -Consumabile: Stripuri - nr.10 cutii (100 buc/cutie) 	<p>Analizorul Semiautomat de urina oferă rezultate calitative și semi-cantitative pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urobilinogen (UBG), - Bilirubina (BIL), - Corpi Cetonici (KET), - Hematii (Blood - BLD), - Proteine (PRO), - Nitriti (NIT), - Leucocite (LEU), -Glucoza (GLU), -Densitate Specifica (SG), - pH (pH), -Vitamina C (VC) , Microalbumina (MALB) , Creatinina (CRE), Calciu (Ca) <p>Parametrii tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -minim 120 specimene de proba/ora; -Software accesibil pentru utilizatori -Înprimanta termica încorporată, ce listeaza rezultatele automat -Utilizatorii pot seta singuri limite pentru valorile patologice -Sursa de lumina rece cu minim 4 lungimi de unda ce asigura acuratețea rezultatelor -Volum minim 60 de probe. -Capacitate mare de stocare a datelor (ultimile 2000 probe). -Anul producerii 2021. -Consumabile: Stripuri - nr.10 cutii (100 buc/cutie) <p><i>(Broșura cu toți parametri tehnici se anexează)</i></p>	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9