

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21019441							din 20.02.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Articolelor parafarmaceutice, instrumente medicale, consumabile laborator, produse stomatologice și ustensile și medicamente extemporale pentru anul 2020							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie								
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3		Bunuri						
		Lotul 1.8						
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.20302	China	SCW Med cath Ltd	Dimensiunea (F)-7,0 Lungimea (cm) 20,0 Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, cleva, seringă, ac introdus, bisturiu, steril.	KITURI VENOARE CENTRALE Caracteristici: Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilator, ghidaj, clevă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen dublu Dimensiune (F) - 7, Lungime (cm) - 20	CE
		Total lot 1.8						
33140000-3		Lotul 1.23						
		CHIRAWAY Lipid resistant	CHW002	Slovakia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Steril	CHIRAWAY TM 3-way stopcock Steril, cu 3 cai, conectare tip "Leur lock", se adapteaza între linia de perfuzii și cateter pentru a controla extra medicația în linia venoasă 5.5 bar (79 psi) Steril	CE
		Total lot 1.23						
33140000-3		Lotul 1.24						
		Dräger X-plore® 1350 N95	39 51 353	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Masca respirator cu filtru N 95 FFP2 Certificat CE	Noul Dräger X-plore® 1300 - dezvoltat pe baza mai multor ani de experiență intensivă pe piață prin analizarea cerințelor clienților și a cerințelor pieței - stabilește noi standarde pentru nivelurile de confort pentru respiratoare de particule. Rezultatul: o mască de praf extrem de confortabilă, pre-formată pentru protecție împotriva particule. Materialul său eficient de filtrare CoolSAFETM și designul ergonomic fac ca Dräger X-plore® 1300 a Mască de praf de unică folosință cu confort, siguranță și acceptare superioară a utilizatorului Alături de performanța de filtrare a materialului, o sigilare sigură fără lipire este decisivă pentru eficacitatea protecției măștilor. Clasele de protecție N95 sunt disponibile pentru X-plore 1300 Dimensiune M / L	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
		Total lot 1.24						

33140000-3		Lotul 2.6						
		HNS 30 W G13	4008321398888	Germania	OSRAM GmbH		Lungime de undă dominantă: 254 nm (versiunea OFR) Tensiune nominală 96,0 V Tensiunea lămpii 96 V Tensiune de construcție 96,00 V Curent nominal 0,36 A Curentul lămpii 0,36 A Putere nominală 30,00 W Intensitate luminoasă 7800 cd Diametru 26,0 mm Lungime 895,0 mm Baza (denumire standard) G13	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 2.6						
33140000-3		Lotul 2.7						
		HNS 15 W G13	4008321398826	Germania	OSRAM GmbH		Lungime de undă dominantă: 254 nm (versiunea OFR) Tensiune nominală 55,0 V Tensiunea lămpii 55 V Tensiune de construcție 55,00 V Curent nominal 0,33 A Curentul lămpii 0,33 A Putere nominală 15,00 W Intensitate luminoasă 7800 cd Diametru 26,0 mm Lungime 438,0 mm Baza (denumire standard) G13	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 2.7						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**