



INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE

# CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL

Nr. 1027

Data 26.02.2018

Valabil până la „26” februarie 2028

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016, la recomandarea Consiliului Tehnico-Științific din cadrul Institutului Național de Metrologie, prin hotărârea Institutului Național de Metrologie Nr. 08, punctul 2 din „26” februarie 2018 se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă că mijlocul de măsurare aprobat poate fi utilizat în Republica Moldova în domeniile de interes public

## APARAT DE MĂSURARE A ETANOLULUI DIN AERUL EXPIRAT (ETILOMETRE) tip Alcotest 5820

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

producător Dräger Safety AG & Co. KgaA, Republica Federală Germania,  
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

cu nr. I-0993:2018 din „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare” (partea I).

Pentru modelul aprobat se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Acest certificat atestă conformitatea modelelor cu cerințele prevăzute în

NML R 126:2009

(reglementarea de metrologie legală)

Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice în scopul aprobării de model descrise în raportul parte componentă a dosarului nr. 1025, care cuprinde 58 file + CD.

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul aprobării de model, care atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

DIRECTOR



A. Meleciuc

ANATOLIE MELENCIUC