

ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chișinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 3064 pentru oxigen tehnic în stare gazoasă

Partida №: 0501
Numărul cisternei: IITK 5/0,25
Masa netă

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,5	99.80
2	Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
3	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
4	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
5	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
6	Conținutul de baze	Nu se testează	-
7	Prezența mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer laborant: _____

Data: 09.01.2023

Laboratorul Secției de Producere

