Anexa nr. 22

La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1732024212600**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 32)**

Autoritatea contractantă**: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
33100000-1	3	Densitometru osos cu ultrasunete	Densitometru osos cu ultrasunete	SONOST 3000	Coreea Sud	OSTEO SYS CO., LTD	Densitometru osos cu ultrasunete Specificatie Parametru Zona de scanare Calcaneul Parametru de scanare SOS Timpul scanarii, sec ≤ 15 Rezultate T-score Z-score SOS Compensare automată a temperaturii sau tehnologie echivalenta obligatoriu Sistem de pozitionare obligatoriu Export datelor obligatoriu Mediu de cuplare acustică gel Soft de analiza obligatoriu Display LCD integrat sau stație de lucru externă (PC) Imprimanta incorporata sau externa, sa se indice cod produsului Alimentare 200-240 V, 50 Hz Accesorii Gel USG 1 litru ≥1 buc, sa se indice codul produsului Hîrtie termosensibilă ≥10 buc, sa se indice codul produsului și marimile hîrtiei oferite (ex. 80 mm x 20 m x 12 Ext)	Densitometru osos cu ultrasunete Specificatie Parametru Zona de scanare Calcaneul Parametru de scanare SOS - **pag. 21, pun: 3.1.2 User manual, p 103** Timpul scanarii, sec 15- **pag. 36,47 User manual** Rezultate T-score - **pag. 102, pun. 6 User manual** Z-score - **pag. 103, pun. 6 User manual** SOS - **pag. 102, 103 User manual** Compensare automată a temperaturii sau tehnologie echivalenta - **pag. 37, 46** Sistem de pozitionare - **pag. 32 pun: 3.3.6 User manual** Export datelor **- pag. 83-84 User manual** Mediu de cuplare acustică gel - **pag. 29 pun:3.3.3. pag. 31 pun: 3.3.5** Soft de analiza - **pag. 99-101 User manual** Display LCD integrat sau stație de lucru externă (PC) - **pag.62,63 pag. 15 pun: 2.1.1, pag. 45, 83, 85 User manual** Imprimanta incorporata sau externa, sa se indice cod produsului **- pag.57, 58,59 User manual** Alimentare 200-240 V, 50 Hz- **pag. 99** Accesorii Gel USG 1 litru 1 buc, sa se indice codul produsului Hîrtie termosensibilă 10 buc, sa se indice codul produsului și marimile hîrtiei oferite **(58 mm x 20 x 12 Ext) - pag. 33 User manual**	CE,ISO,Declaratie de conformitate

Numele, Prenumele **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2024.12.12 13:24:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ