

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21051498 din 21.02.2022

Obiectul achiziției: Reagenți, consumabile de laborator si dispozitive medicale in scopul realizarii Programului de stat in anul 2022

Lot	COD CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Producătorul	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Reagenți de laborator						
1.1	33696500-0	Florocenz, Candide	R-F5-100-FT(RG,CFX)	ЦНИИ Эпидемиологии	Rusia	Patogeni: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	Patogeni: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	ISO, CoA
1.2	33696500-0	Florocenz Micoplasme	R-B75-100-FT(RG,iQ,Mx)	ЦНИИ Эпидемиологии	Rusia	Patogeni: Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Micoplasmă hominis Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	Patogeni: Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Micoplasmă hominis Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	ISO, CoA
1.3	33696500-0	Florocenz, Aerobi	H-2351-1-1	ЦНИИ Эпидемиологии	Rusia	Patogeni: Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Streptococcus Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	Patogeni: Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Streptococcus Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	ISO, CoA

1.4	33696500-0	Floreocenoz, Vaginoza bacteriană	R-B74-100-FT(RG)	ЦНИИ Эпидемиол огии	Rusia	Patogeni: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	Patogeni: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 110	ISO, CoA
1.5	33696500-0	Set reagenți PCR „ДЕНТОСКРИН”	01707Q-PB-OS-60	Lytech	Rusia	Patogeni: Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 12	Patogeni: Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum Utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Număr de teste: 12	ISO, CoA
1.6	33696500-0	RNeasy Mini Kit	74006	Qiagen	Germania	Aplicare: izolare ARN-ului din țesut proaspăt Cantitate: 250 reacții	Aplicare: izolare ARN-ului din țesut proaspăt Cantitate: 250 reacții	ISO, CoA
1.7	33696500-0	Nucleaza P1	N8630-1VL	Sigma	Germania	Format: pulbere liofilizată ≥200 unități/mg proteină Cantitate: 1 flacon	Format: pulbere liofilizată ≥200 unități/mg proteină Cantitate: 1 flacon	ISO, CoA
1.8	33696500-0	FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/μL)	EF0651	ThermoFisher	Lituania	Format: soluție 1 unități/μg proteină Cantitate: 1000 unități	Format: soluție 1 unități/μg proteină Cantitate: 1000 unități	ISO, CoA
1.9	33696500-0	Soluției saline tamponate cu fosfat (PBS) cu pH 7.4	10010031	ThermoFisher	SUA	Volum: 1000 mL	Volum: 1000 mL	ISO, CoA
1.10	33696500-0	Kit de izolare a acizilor nucleici „ДНК-сорб-АМ”	K1-11-100	Rusia	ЦНИИ Эпидемиоло гии	Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de teste: 100	Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de teste: 100	ISO, CoA
1.11	33696500-0	Kit de izolare a acizilor nucleici „ДНК-ЭКСПРЕСС”	225	Lytech	Rusia	Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de teste: 100	Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de teste: 100	ISO, CoA
1.12	33696500-0	Set reagenți PCR „АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL”	R-V25	ЦНИИ Эпидемиол огии	Rusia	Aplicare: Genotipare HPV Genotipuri: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 Număr de teste: 108 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: Genotipare HPV Genotipuri: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 Număr de teste: 108 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	ISO, CoA

1.13	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, TP53, c.524G>A	4465804	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.524G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.524G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Assay ID Hs00000888_mu	ISO, CoA
1.14	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, TP53, c.818G>A	4465804	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.818G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.818G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Assay ID Hs00001004_mu	ISO, CoA
1.15	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, TP53, c.817C>T	4465804	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.817C>T Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: TP53: c.817C>T Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Hs00000890_mu	ISO, CoA
1.16	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, TP53_rf	4465807	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: referință Locația genomică: chr.17 7687474 on build GRCh38 Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: referință Locația genomică: chr.17 7687474 on build GRCh38 Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Hs00001027_rf	ISO, CoA
1.17	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA, c.1624G>A	4465804	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.1624G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.1624G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Assay ID Hs00000822_mu	ISO, CoA
1.18	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA, c.1633G>A	4465804	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.1633G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.1633G>A Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Assay ID Hs00000974_mu	ISO, CoA

1.19	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA, c.3140A>G	4465804	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.3140A>G Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: detectarea mutațiilor Nucleotida de interes: PIK3CA: c.3140A>G Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Assay ID Hs00000831_mu	ISO, CoA
1.2	33696500-0	TaqMan Mutation Detection Assays, PIK3CA_rf	4465807	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: referință Locația genomică: chr.3 179234427 on build GRCh38 Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real	Aplicare: referință Locația genomică: chr.3 179234427 on build GRCh38 Număr de teste: 75 Metoda: Reacția de Polimerizare în Lanț în Timp Real. Hs00001025_rf	ISO, CoA
1.21	33696500-0	TP53 TaqMan Gene Expression Assays	4331182	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: TP53 Locația cromozomială: Chr.17: 7668402 - 7687550 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: TP53 Locația cromozomială: Chr.17: 7668402 - 7687550 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	ISO, CoA
1.22	33696500-0	WEE1 TaqMan Gene Expression Assays	4331182	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: WEE1 Locația cromozomială: Chr.11: 9573681 - 9589767 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: WEE1 Locația cromozomială: Chr.11: 9573681 - 9589767 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	ISO, CoA
1.23	33696500-0	MTOR TaqMan Gene Expression Assays	4331182	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: mTOR Locația cromozomială: Chr.1: 11106531 - 11262551 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: mTOR Locația cromozomială: Chr.1: 11106531 - 11262551 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	ISO, CoA
1.24	33696500-0	ACTB TaqMan® Gene Expression Assays	4331182	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: ACTB Locația cromozomială: Chr.7: 5527148 - 5530601 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Gena: ACTB Locația cromozomială: Chr.7: 5527148 - 5530601 on Build GRCh38 Număr de teste: 250 Dye: FAM-MGB	ISO, CoA

1.25	33696500-0	TaqMan Fast Advanced Master Mix	4444964	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Volum: 5x5 mL Compatibilitate primer sondă: TaqMan	Aplicare: Real Time PCR (qPCR) Volum: 5x5 mL Compatibilitate primer sondă: TaqMan	ISO, CoA
1.26	33696500-0	TaqMan Genotyping Master Mix	4371355	ThermoFisher	Lituania	Aplicare: Genotipare SNP Volum: 1x10 mL Compatibilitate primer sondă: TaqMan	Aplicare: Genotipare SNP Volum: 1x10 mL Compatibilitate primer sondă: TaqMan	ISO, CoA
1.27	33696500-0	Anticorpi monoclonali PD-1/CD279	BSB 6215	DAKO	Danemarca	Anticorp monoclonal de soarece sau iepure anti-human, utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină, dil. 1:100-1:500, 0.1ml conc., RUO sau IVD	PD-1/CD279 0,1 ml	ISO, CE
1.28	33696500-0	Anticorpi monoclonali PD-L1/CD274	BSB 2371-05	DAKO	Danemarca	Anticorp monoclonal de soarece sau iepure anti-human, utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină, dil. 1:25-1:100, 0.5ml, conc., RUO sau IVD	PD-L1/CD274	ISO, CE
1.29	33696500-0	Detection System	K800221-2	DAKO	Danemarca	Mouse/Rabbit HRP/DAB Kitul include: Hydrogen Peroxide Block - 125mL Primary Antibody Amplifier Quanto - 125mL HRP Polymer Quanto - 125mL Ultra V Block - 125mL DAB Quanto Substrate - 125mL DAB Quanto Chromogen - 4mL	EnV FLEX+, High pH kit	ISO, CE
1.30	33696500-0	Antibody Diluent		DAKO	Danemarca	Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit, 125 mL	DAKO Ab Diluent, 125 ml	ISO, CE
		Consumabile de laborator:						
3	33696500-0	Tuburi sterile Crio 5 ml	6431	APTACA	Italia	Tuburi sterile Crio 5 ml	Tuburi sterile Crio 5 ml	ISO, CE
4	33696500-0	Tuburi sterile Crio, 1,2 ml	6402	APTACA	Italia	Tuburi sterile Crio, 1,2 ml	Tuburi sterile Crio, 1,2 ml	ISO, CE

5	33696500-0	Vârfuri cu filtru 0.5 - 10 uL	640402	BOEN	China	Vârfuri cu filtru 0.5 - 10 uL	Vârfuri cu filtru 0.5 - 10 uL	ISO, CE
6	33696500-0	Vârfuri cu filtru 10 - 200 uL	640406	BOEN	China	Vârfuri cu filtru 10 - 200 uL	Vârfuri cu filtru 10 - 200 uL	ISO, CE
7	33696500-0	Vârfuri cu filtru 100 - 1000 uL	640407	BOEN	China	Vârfuri cu filtru 100 - 1000 uL	Vârfuri cu filtru 100 - 1000 uL	ISO, CE
9	33696500-0	Stativ „PCR workstations”	M-540	Deltalab	Spania	Material: polipropilenă autoclavabilă Aplicare: stocare și operare cu tuburi PCR, stripuri PCR, plăci PCR, tuburi de 0.5 mL și tuburi de 1.5/2.0 mL Include: 96 godeuri pentru tuburi PCR de 0,2 ml, stripuri PCR sau placă PCR de 1x96 godeuri + 32 godeuri pentru tuburi PCR 0,2 ml, 16 pentru tuburi de 0,5 ml și 24 pentru tuburi de 1,5/2 ml	Material: polipropilenă autoclavabilă Aplicare: stocare și operare cu tuburi PCR, stripuri PCR, plăci PCR, tuburi de 0.5 mL și tuburi de 1.5/2.0 mL Include: 96 godeuri pentru tuburi PCR de 0,2 ml, stripuri PCR sau placă PCR de 1x96 godeuri + 32 godeuri pentru tuburi PCR 0,2 ml, 16 pentru tuburi de 0,5 ml și 24 pentru tuburi de 1,5/2 ml	ISO, CE
10	33696500-0	Eprubete vacumate K3EDTA, 6 mL		KIMA	Italia	Eprubete vacumate K3EDTA, 6 mL	Eprubete vacumate K3EDTA, 6 mL	ISO, CE
11	33696500-0	Eprubete cu gel separator, 5 mL	10020	KIMA	Italia	Eprubete cu gel separator, 5 mL	Eprubete cu gel separator, 5 mL	ISO, CE
12	33696500-0	Eprubete vacumate K3EDTA, 4 ml		KIMA	Italia	Eprubete vacumate K3EDTA, 4 mL	Eprubete vacumate K3EDTA, 4 mL	ISO, CE
17	33696500-0	Stativ de lucru pentru criotuburi cu 50 godeuri	662202	BOEN	China	Material: polipropilenă autoclavabilă Capacitate: 50 tuburi, 10 x 5 Dimensiune: 100 x 250 x 25 mm	Material: polipropilenă autoclavabilă Capacitate: 50 tuburi, 10 x 5 Dimensiune: 100 x 250 x 25 mm	ISO, CE
18	33696500-0	Stativ 9×9 godeuri și înălțimea 95 mm	6340	Aptaca	Italia	Material: polipropilenă Dimensiune: 133 x 133 x 95 mm Aplicare: stocarea criotuburilor de 5 mL Capacitate: 81 godeuri	Material: polipropilenă Dimensiune: 133 x 133 x 95 mm Aplicare: stocarea criotuburilor de 5 mL Capacitate: 81 godeuri	ISO, CE

19	33696500-0	Ace pentru eprubete vacumate	631812	BOEN	China	Ace pentru colectarea sângelui 22G Cantitate de ambalaj: 100/set	Ace pentru colectarea sângelui 22G Cantitate de ambalaj: 100/set	ISO, CE
20	33696500-0	Holdere pentru ace	632201	BOEN	China	Holdere pentru ace	Holdere pentru ace	ISO, CE
21	33696500-0	Tampon bucal/Eprubeta cu tampon steril și etichetat	2150/sg	Aptaca	Italia	Eprubeta cu tampon steril și etichetat	Eprubeta cu tampon steril și etichetat	ISO, CE
22	33696500-0	Citoperiuțe (periuțe citologice)	5631/sg	Aptaca	Italia	Ambalate individual, sterile Crestătură unilaterală pentru rupere Aplicare: recoltarea materialului urogenital destinat testelor de biologie moleculară	Ambalate individual, sterile Crestătură unilaterală pentru rupere Aplicare: recoltarea materialului urogenital destinat testelor de biologie moleculară	ISO, CE
23	33696500-0	MicroAmp Optical 8-Cap Strips	4323032	Thermo Fisher	China	Tip de închidere: Capac cu 8 benzi Tip: Optice Volumul (metric): 0.2 mL Pentru utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Cantitate per set: 300	Tip de închidere: Capac cu 8 benzi Tip: Optice Volumul (metric): 0.2 mL Pentru utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Cantitate per set: 300	ISO, CE
24	33696500-0	MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL	4316567	Thermo Fisher	China	Tip: Stripuri cu 8 tuburi optice Volumul (metric): 0.2 mL Pentru utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Cantitate per set: 125	Tip: Stripuri cu 8 tuburi optice Volumul (metric): 0.2 mL Pentru utilizare cu (echipament): 7500 RT-PCR System Cantitate per set: 125	ISO, CE
26	33696500-0	Dozator automat 0.5 - 10 uL		Thermofisher	Rusia	Volum de aspirare: 0.5 - 10 uL Autoclavabil	Volum de aspirare: 0.5 - 10 uL Autoclavabil	ISO
27	33696500-0	Dozator automat 5 - 50 uL		Thermofisher	Rusia	Volum de aspirare: 5 - 50 uL Autoclavabil	Volum de aspirare: 5 - 50 uL Autoclavabil	ISO
28	33696500-0	Dozator automat 10 - 100 uL		Thermofisher	Rusia	Volum de aspirare: 10 - 100 uL Autoclavabil	Volum de aspirare: 10 - 100 uL Autoclavabil	ISO
29	33696500-0	Dozator automat 20 - 200 uL		Thermofisher	Rusia	Volum de aspirare: 20 - 200 uL Autoclavabil	Volum de aspirare: 20 - 200 uL Autoclavabil	ISO
30	33696500-0	Dozator automat 100 - 1000 uL		Thermofisher	Rusia	Volum de aspirare: 100 - 1000 uL Autoclavabil	Volum de aspirare: 100 - 1000 uL Autoclavabil	ISO

		Dispozitive medicale						
31	33696500-0	Minicentrifugă/ Vortex	MSC-3000	Biosan	Letonia	Viteza de rotație: 2500 - 3500 rpm Moduri de funcționare continuă și impuls: Da Aplicare: Centrifugarea/vortexarea probelor utilizate în reacția PCR Include adițional: Rotor pentru tuburi de 6x2/1.5 ml + 6x0.5 ml + 6x0.2 ml	Viteza de rotație: 1000 - 3500 rpm Moduri de funcționare continuă și impuls: Da Aplicare: Centrifugarea/vortexarea probelor utilizate în reacția PCR Include adițional: Rotor pentru tuburi de 12x2/1.5 ml + 12x0.5 ml + 12x0.2 ml	ISO, CE
32	33696500-0	Multi-vortex	SI-A236 Digital Vortex Genie 2	Scientific Industries	SUA	Gama de control a vitezei: 500-3000 RPM Include adaptor pentru vortexarea probelor în poziție orizontală Aplicarea: vortexarea orizontală eficientă a tuburilor pentru izolarea acizilor nucleici prin tehnologia cu particule paramagnetic	Gama de control a vitezei: 500-3000 RPM Include adaptor pentru vortexarea probelor în poziție orizontală Aplicarea: vortexarea orizontală eficientă a tuburilor pentru izolarea acizilor nucleici prin tehnologia cu particule paramagnetic	ISO
33	33696500-0	Mini-rotator	Bio RS-24	Biosan	Letonia	Gama de control al vitezei: 5-30 RPM Mișcare de rotație verticală: 360° Poate găzdui 18-24 tuburi, cu diametrul de 10-16 mm (tuburi de 1,5 ml - 15 ml)	Gama de control al vitezei: 5-30 RPM Mișcare de rotație verticală: 360° Poate găzdui 22 tuburi, cu diametrul de 10-16 mm (tuburi de 1,5 ml - 15 ml)	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2