

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006360 din 20 martie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale pentru a. 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3300000-0	34	Filtru bactericid, pentru circuit respirator	MN137P	Turcia	Morton	Filtru bactericid, pentru circuit respirator	Filtru umidificator antibacterian și antiviral pentru ventilație mecanică adultă. Cu mediu de filtrare electrostatic cu hârtie sau spumă. Eficiența filtrare antibacteriană și antivirală 99.99999%. Durata de utilizare 24 de ore. Codul Produsului: MN137P Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** Budurin Igor **În calitate de:** director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL **Adresa:** mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7