

Numărul procedurii de achiziție:

21020907 din 05 aprilie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice

Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
168	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	331 208H	Intra	Germania	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Codul Produsului: 331 208H Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL SRL"

în calitate de: director

Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

