

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729663611372 din 28 oct 2024, 10:00 - 31 oct 2024, 16:00

Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical pentru 2024, repetat

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
20	3314000 0-3	20.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04	80-633-04-04	Germania	KLS Martin	20.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04	20.Manier compatibil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04	CE/ISO
33	3314000 0-3	33.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare compatibil cu tehnica ghid scurt. Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, cu system de amplasare(cateter cu puhser extern)	RBPDS-3108-07/20 RBPDS-3108-09/20 RBPDS-3108-11/20 RBPDS-3110-07/20 RBPDS-3110-09/20 RBPDS-3110-11/20 RBPDS-3110-15/20	China	Micro-Tech	33.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare compatibil cu tehnica ghid scurt. Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe, cu system de amplasare(cateter cu puhser extern)	Stent biliar, 8.5, 10Fr cu system de amplasare compatibil cu tehnica ghid scurt. Lungimea 7,9,11,15cm	CE/ISO
34	3314000 0-3	34.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr.Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe,	BPDS-31114-0806 BPDS-31114-1006 BPDS-31114-1106 BPDS-31114-0808 BPDS-31114-1008 BPDS-31114-1108 BPDS-31114-0810 BPDS-31114-1010 BPDS-31114-1110 BPDS-31114-0815 BPDS-31114-1015 BPDS-31114-1115	China	Micro-Tech	34.Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr.Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm, după cerințe,	Stent biliar diametru 8,5-11,5 Fr.Diametru 8,5-11,5 Fr, lungimea 6-8-10-15cm	CE/ISO
35	3314000 0-3	35.Papilotom arcuate 3-lumen compatibil cu tehnica ghid scurt. Papilotom Tip-3lumen, rotativ, cu port irigare, port ghid de 0,35 compatibil cu tehnica ghid scurt	RDSP-0225-111	China	Micro-Tech	35.Papilotom arcuate 3-lumen compatibil cu tehnica ghid scurt. Papilotom Tip-3lumen, rotativ, cu port irigare, port ghid de 0,35 compatibil cu tehnica ghid scurt	Papilotom 3lumen, rotativ, cu port irigare, port ghid de 0,35 compatibil cu tehnica ShortWire	CE/ISO

36	3314000 0-3	36.Coș pentru Litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Multifilamentar, cu 4 fire din inox, deschiderea 15-20-25mm, cu port pentru contrast și port ghid de 0,35 pentru ghid scurt	RSEB-H4-15 RSEB-H4-20	China	Micro-Tech	36.Coș pentru Litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Multifilamentar, cu 4 fire din inox, deschiderea 15-20-25mm, cu port pentru contrast și port ghid de 0,35 pentru ghid scurt	Coș pentru Litextracție Multifilamentar, cu 4 fire din inox, deschiderea 15,20mm, cu port pentru contrast și port ghid de 0,35 pentru ghid scurt	CE/ISO
37	3314000 0-3	37.Ansă endoscopică pentru ligaturarea piciorului polipului. Diamtru minimal de 35mm	HX-400U-30	Japonia	Olympus	37.Ansă endoscopică pentru ligaturarea piciorului polipului. Diamtru minimal de 35mm	Ansă ligaturarea piciorului polipului. Diamtru 30mm	CE/ISO
38	3314000 0-3	38.Piesă bucală cu elastic pentru protejarea endoscopului(plastic)	AC01-103.A	China	Micro-Tech	38.Piesă bucală cu elastic pentru protejarea endoscopului(plastic)	piesa bucala cu elastic pentru fixarea pe cap	CE/ISO
39	3314000 0-3	39.Dispozitiv pentru fixarea ghidului scurt. Posibilitatea de fixare a două ghiduri paralel	MT-RGL-O	China	Micro-Tech	39.Dispozitiv pentru fixarea ghidului scurt. Posibilitatea de fixare a două ghiduri paralel	Dispozitiv pentru fixarea ghidului scurt. Posibilitatea de fixare a două ghiduri paralel	CE/ISO
40	3314000 0-3	40.Balon dilatator sticturi esogastrice. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 230cm, diametrul balonului de 18-19-20mm, lungimea balon 80mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm,	MBD-FL-BA-2	China	Micro-Tech	40.Balon dilatator sticturi esogastrice. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 230cm, diametrul balonului de 18-19-20mm, lungimea balon 80mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm,	Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 180cm, diametrul balonului de 18-19-20mm, lungimea balon 80mm, cu presiunea de lucru 3-4.5-6 atm	CE/ISO
41	3314000 0-3	41.Balon de litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Balon endoscopic pentru extragerea calculior tractului biliar, lungimea mai mare de 220cm, diametrul balonului de 10-18mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm,	RSRB-T-9/12/15-20 RSRB-T-12/15/18-20	China	Micro-Tech	41.Balon de litextracție compatibil cu tehnica ghid scurt. Balon endoscopic pentru extragerea calculior tractului biliar, lungimea mai mare de 220cm, diametrul balonului de 10-18mm, cu presiunea de lucru 4-5-6 atm,	Balon endoscopic pentru extragerea calculior tractului biliar, lungimea de lucru 200cm, diametrul balonului de 9/12/15, 12/15/18mm, cu presiunea de lucru 3-4.5-6 atm	CE/ISO
42	3314000 0-3	42.Injector endoscopic. Lungimea de la 2000mm, diametru maxim 2,35mm, 21-22 G grosimea, Lacăt de fixare a acului în două poziții Închis/deschis.	IN12-225232302	China	Micro-Tech	42.Injector endoscopic. Lungimea de la 2000mm, diametru maxim 2,35mm, 21-22 G grosimea, Lacăt de fixare a acului în două poziții Închis/deschis.	Injector endoscopic. Lungimea =2300mm, diametru maxim 2,35mm, 21-22 G grosimea, Lacăt de fixare a acului în două poziții Închis/deschis	CE/ISO
43	3314000 0-3	43.Balon dilatator sticturi tractului biliar. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea	MBD-AM-BB-2	China	Micro-Tech	43.Balon dilatator sticturi tractului biliar. Balon dilatare a stricturilor tractului digestive lungimea 240cm, diametrul balonului de 6-7-8mm,	Balon dilatare a stricturilor tractului digestive/biliar lungimea 230cm, diametrul balonului de 6-7-8mm, lungimea balon 55mm, cu presiunea de lucru 3-6-10 atm	CE/ISO

		240cm, diametrul balonului de 6-7-8mm, lungimea balon 55mm, cu presiunea de lucru 3-6-10 atm,				lungimea balon 55mm, cu presiunea de lucru 3-6-10 atm,		
44	3314000 0-3	44.Forceps de biopsie. Diametru mai mic ca 2mm, compatibil pentru videocolangioscop, lungimea mai mare de 2200mm	BF16006 BF10006	China	Micro-Tech	44.Forceps de biopsie. Diametru mai mic ca 2mm, compatibil pentru videocolangioscop, lungimea mai mare de 2200mm	Diametru 1.1 / 1.8mm, compatibil pentru videocolangioscop, lungimea 2900mm	CE/ISO
45	3314000 0-3	45.Valve cu port de irigare a canalului de biopsie. Valve din cauciuc cu port de irigare compatibil cu pompă de lavaj, a canalului de biopsie	DEFENDO Y-Opsy	Italia	Steris/Cantel	45.Valve cu port de irigare a canalului de biopsie. Valve din cauciuc cu port de irigare compatibil cu pompă de lavaj, a canalului de biopsie	Valva cu port de irigare a canalului de biopsie, din cauciuc. compatibil cu pompă de lavaj, a canalului de biopsie	CE/ISO
46	3314000 0-3	46.Cateter – spray pentru bronhoscop cu canal bioptic mai mic de 2,0mm și lungime de 120-130cm	ATE-PSG-Z-18-1200 ATE-PSG-W-18-1200	China	ATE Medical	46.Cateter – spray pentru bronhoscop cu canal bioptic mai mic de 2,0mm și lungime de 120-130cm	Cateter – spray pentru bronhoscop cu canal >=2mm	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**