

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614260373145 din 25.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical și bunuri de protecție

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Echipament medical și bunuri de protecție								
Lotul 6	33100000-1	Termometru cu infraroșu	ZK-1026	China	Suihua Xinfeng Technology Co., Ltd.	Fără contact, utilizare multiplă prin două moduri de măsurare:corporal și obiecte; cu senzor infraroșu de mare precizare de top stabil și solid; o bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex; capacitatea de stocare/MEMORIE:NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; unitate de măsură: opțional pentru Celsius; funcții de oprire automată și de economisire a energiei; ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afisaj	Fără contact, utilizare multiplă prin două moduri de măsurare:corporal și obiecte; cu senzor infraroșu de mare precizare de top stabil și solid; o bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex; capacitatea de stocare/memorie: 32 seturi de măsurări; unitate de măsură: opțional pentru Celsius; funcții de oprire automată și de economisire a energiei; ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afisaj clar și fin; gama de măsurători/interval de măsurare a temperaturii; regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2), distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-5 cm. Are indicator „baterie descărcată,, timpul măsurării temperaturii 0,5-1	

						clar și fin; gama de măsurători/interval de măsurare a temperaturii; regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2), distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator „baterie descărcată,, timpul măsurării temperaturii 0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achiziționat nu mai puțin de doi ani. Tipul de baterii:2bat. 1,5B-AAA. Durata de viață a bateriilor: aprox. 4 000 înregistrări neîntrerupte. Certificat de garanție și manual de utilizare în limba română și rusă.	sec. Garanția pentru produsul achiziționat 24 luni. Tipul de baterii:2bat. 1,5B-AAA. Durata de viață a bateriilor: aprox. 4 000 înregistrări neîntrerupte. Certificat de garanție și manual de utilizare în limba română și rusă.	
Lotul 12	33100000-1	Pulsoximetru	WLX/TFT SpO2	China	Shenzhen Wanlianxin Electronic Co., Ltd.	Pulsoximetru pentru deget destinat măsurării saturației de oxigen al hemoglobinei din sângele arterial. Interval de măsurare min SPO2-100% Gama pulsului radial max 32-260 bpm Rezoluția SPO2+-1% Precizia saturației oxigenului sângelui +-2% Display LED sau LCD Alarmer auditiv /vizual Alimentare baterie tip-AAA Alkalibe Stingerea automată în caz de neutilizare Rezistență la lumina din jur Rzistență la lumina din jur	Pulsoximetru pentru deget destinat măsurării saturației de oxigen al hemoglobinei din sângele arterial. Interval de măsurare min SPO2-100% Gama pulsului radial 32-260 bpm Rezoluția SPO2+-1% Precizia saturației oxigenului sângelui +-2% Display LED sau LCD Alarmer auditiv /vizual Alimentare baterie tip-AAA Alkalibe Stingerea automată în caz de neutilizare Rezistență la lumina din jur Durata de funcționare încontinuu +-9 ore Set de baterii inclus 3 seturi	

						Durata de funcționare încontinuu min+-9 ore Set de baterii inclus 3 seturi Prezența bateriilor de rezervă Perioada de garanție mim 24 luni	Prezența bateriilor de rezervă Perioada de garanție 24 luni	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B