



"ECOCHIMIE" S.R.L.  
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chişinău  
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222  
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE  
Sergiu Balta Telefonul de contact + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md  
ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 din 25.07.2024

### Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15	33100000-1	Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320	BJPX-H88BK(D)	China	Biobase	<p>Cod 250320</p> <p>Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Descriere Termostat utilizat în laborator</p> <p>Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l ≤</p> <p>Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade)</p> <p>Rezoluția de programare ≤ 1 grad</p> <p>Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt</p> <p>Afișaj LCD sau LED</p> <p>Control Microprocesor</p> <p>Usa dubla obligatoriu</p> <p>Usa internă din sticlă obligatoriu</p> <p>Construcția interioară din oțel inoxidabil</p> <p>Alaramă vizuală și sonoră divergentă față de temperatura setată</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	<p>Incubator cu ecran tactil cu temperatura constantă, BJPX-H88BK(D), Biobase, Incubator (termostat) 80 - 100 l</p> <p>Cod 250320</p> <p>Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Descriere Termostat utilizat în laborator</p> <p>Capacitate internă a camerei 88 L</p> <p>Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 85 grade)</p> <p>Rezoluția de programare ≤ 0,1 grad</p> <p>Timp de funcționare, diapazon minim 1min - 99,9 ore minute, neîntrerupt</p> <p>Afișaj LCD sau LED</p> <p>Control Microprocesor</p> <p>Usa dubla obligatoriu</p> <p>Usa internă din sticlă obligatoriu</p> <p>Construcția interioară din oțel inoxidabil</p> <p>Alaramă vizuală și sonoră divergentă față de temperatura setată</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	ISO, CE Marca

### Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	33100000-1	Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320	bucată	1	23,200.0000	27,840.0000	23,200.00	27,840.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>23,200.00</b>	<b>27,840.00</b>	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
Cu respect,  
directorul SRL "ECOCHIMIE"  
Nicolae Iurcu