

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: Achizitii.md ocde-b3wdp1-MD-1572004783661

Piese de schimb și accesorii utile pentru utilizarea, repararea și întreținerea tehnică a dispozitivelor medicale

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic

Denumirea licitației:

30 10 2019 Alternativa nr.: _____

Lot: _____ Pagina: __ din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumire obiectului lotului	Descrierea lot	Model/Țara de origine	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț fără TVA, lei	Preț cu TVA, lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare
8.1	33184410-0	Sistem imagistic videoendoscopic Olympus CV-190	Injector de unică folosință	Injector de unică folosință, lungimea de lucru 2300mm; diametru minim a canalului 2,8 mm; lungime ac 4 mm; diametru ac 0.6 mm(23G); diametru maxim a porțiunii de inserție 2,5mm	SGN-2323-C/ Elveția	160	bucata	176,000	190,080	28160,00	30412,80	10 zile
8.2	33184410-0	Sistem imagistic videoendoscopic Olympus CV-190	Ansă electrochirurgicală, ovală, reutilizabilă	Ansă tip ovală, reutilizabilă, multifilamentară, lungimea de lucru 2300 mm; diametru minim a canalului 2,8 mm; diametru oval deschis(Loop) 20-25 mm; grosimea ansei 0,4-0,5mm; diametru maxim a porțiunii de inserție 2,6 mm.	SPSO-R /Elveția	20	bucata	718,000	861,600	14360,00	17232,00	10 zile
8.3	33184410-0	Sistem imagistic videoendoscopic Olympus CV-190	Ansă electrochirurgicală, hexagon, reutilizabilă	Ansă tip hexagon, reutilizabilă, multifilamentară, lungimea de lucru 2300 mm; diametru minim a canalului de lucru 2,8 mm; diametru hexagon deschis(Loop) 20-25 mm; grosimea ansei 0,4-0,5mm; diametru maxim a porțiunii de inserție 2,6 mm.	SPSH-R/ Elveția	20	bucata	718,000	861,600	14360,00	17232,00	10 zile
		TOTAL LOT								56880,00	64876,80	

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durești mun. Chisinau