

Specificații tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21479700	Data: „30” octombrie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 3)	Lot: <u>nr.1</u>	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:							
Lot nr. 1 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ Cl-							
33100000-1	Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++	Exias e1	Austria	Exias Medical	Analizator iono-selectiv Na, K, Ca++, Cl Cod 150620 Descriere: Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă: Ser Urină Plasmă Sânge integru Tip analize Na K Ca++ Cl Spălare automată obligatoriu Display LCD sau LED Imprimantă termica obligatoriu Data management obligatoriu Interfața PC obligatoriu Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni.	Analizator iono-selectiv Na, K, Ca++, Cl Descriere: Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă: Ser da(Manual de operare, pagina 4-3) Urină da(Manual de operare, pagina 4-3) Plasmă da(Manual de operare, pagina 4-3) Sânge integru da(Manual de operare, pagina 4-3) Tip analize Na, da (Manual de operare, pagina 4-3) K da(Manual de operare, pagina 4-3) Ca++ da(Manual de operare, pagina 4-3) Cl da(Manual de operare, pagina 4-3) Suplimentr mai sunt determinati si partametri pH, Hct Spălare automată obligatoriu - Aparatul nu necesita spalare (Brosura 1., pagina 5. "Maintenance Free") Display LCD sau LED da(Manual de operare, pagina 3-3) Imprimantă termica obligatoriu da(Manual de operare, pagina 3-4) Data management obligatoriu da (Brosura 1, pagina 7) Interfața PC - Da (Brosura 1, pagina 7) Reactivii sunt ambalați sub forma de cartuş (electrozii, regeții și soluțiile de spălare incorporate într-un singur cartuş preum si controalele). (Manual de operare, pagina 3-5) Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Da, vom asigara minim 50 de teste pentru testare si instruire Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni.da (Brosura 1, pagina 7)	CE, Nr de înregistrare AMDM DM000429355

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
					Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Înstruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului.. - Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioadpe contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Note: Oferta de preț include reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Înstruirea personalului. -DA Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe perioadă contrectului cadru atât pentru analizator cât și pentru UPS DA Analizatorul Exias nu are set de metenanta, iar piesele de schimb vor fi gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. DA Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Da Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada. DA Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Da Termenul de stabilitatea a cartusului de masura dupa instalare este de 42 zile Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității ori de cate ori este necesar in conformitate cu recomandările producatorului. Da - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). DA - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă pe contractului DA - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Da (Toate aceste accesorii sunt incluse in analizator) - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate consumabile necesare sunt incluse in cartusul de masura. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului Da Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului Da	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savga Cristina În calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: Mun Chisinau , Comuna Stauceni , Str. Chisnau nr. 9 MD – 4839