

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		21066545				Data: „08” noiembrie 2022		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		privind achiziționarea consumabilelor accesoriilor, articolelor de uz medical, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani"				Lotul nr.12 Ace pentru stilouri de insulină		Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33140000-1		Ac pentru stilouri de insulină, lungime - 8 mm. Grosime 0,3mm steril, ambalaj individual cu capac individual cu capac	Pen needles 0.8mm	China	Sandstone medical Inc	Ac pentru stilouri de insulină, lungime - 8 mm. Grosime 0,3mm steril, ambalaj individual cu capac, indicat data sterilizării, termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an	Ac pentru stilouri de insulină, lungime - 8 mm. Grosime 0,3mm steril, ambalaj individual cu capac, indicat data sterilizării, termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an	CE/ISO
33140000-1		Ac pentru stilouri de insulină, lungime - 6 mm. Grosime 0,3mm steril, ambalaj individual cu capac individual cu capac	Pen needles 0.6mm	China	Sandstone medical Inc	Ac pentru stilouri de insulină, lungime - 6 mm. Grosime 0,3mm steril, ambalaj individual cu capacj,indicat data sterilizării, termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an	Ac pentru stilouri de insulină, lungime - 6 mm. Grosime 0,3mm steril, ambalaj individual cu capacj,indicat data sterilizării, termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: administrator

Ofertantul: __ SRL ImpulsProGroup __ Adresa: __ str. Nicolai Zelinski nr. 31/B, ap. 51