

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL
REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL
OCNIȚA
str. Sănătății nr. 20
MD – 7101, orașul Ocnița
Tel. +373 271 22377;
Fax: /+373 271/ 22377
e-mail: srocnita@ms.md



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОКНИЦКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
ул. Сănэтэций, № 20
MD – 7101, г. Окница
Тел. +373 271 22377;
Факс: /+373 27122377
e-mail: srocnita@ms.md

Procesul-verbal

a ședinței grupului de lucru pentru achiziții publice din IMSP SR Ocnița

Nr. 1

Din 12 iulie 2024

or.Ocnița

Membrii comisiei:

Punga Dumitru - director IMSP SR Ocnița, președinte;
Cușnir Ala - vicedirector medical, membru;
Pîrlea Adic - jurist, membru;
Moraru Tatiana - contabil șef, membru;
Șargu Alexandru - șef farmacie, membru.

Invitați:

Pană Olesea – șef secția AMSA;
Bejenari Tamara – medic laborant;

În conformitate cu prevederile HG 870 din 14.12.2022 și în urma convocării Grupului de Lucru pentru Achiziții Publice din cadrul IMSP Spitalul Raional Ocnița, a fost convocată prezenta ședință cu următoare ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Compatibilitatea reactivelor propuse de SRL Biosistem mld pentru analizatorul hematologic H30 Pro Series în conformitate cu procedura de achiziție Nr. ocds-b3wdp1-MD-1719397112460 din 02.07.2024 și

desemnarea câștigătorului Lotului 3: Reagenți pentru analizatorul hematologic H30 Pro Series.

Dezbateri:

IMSP Spitalul Raional Ocnița a plasat procedura de achiziție publică Nr. 21243770 din 26 iunie 2024 cu privire la achiziționarea reactivelor și consumabilelor de laborator. Din cele cinci loturi plasate, au apărut întrebări cu privire la lotul nr. 3: Reagenți pentru analizatorul hematologic H30 Pro Series.

Câștigător al procedurii de licitație pentru lotul nr. 3 este SRL Biosistem mld, care a înaintat oferta de 61 398,27 lei (fără TVA), iar pe locul doi s-a clasat GBG-MLD SRL, care a oferit 64 560 lei (fără TVA). Totuși, IMSP Spitalul Raional Ocnița are îndoiele privind compatibilitatea reagenților propuși de SRL Biosistem mld cu analizatorul hematologic H30 Pro Series.

SRL Biosistem mld a expediat la adresa IMSP Spitalul Raional Ocnița o scrisoare de garanție în care menționează:

- Reactivii oferți sunt compatibili cu analizatorul H30 Pro Series dacă acesta nu este de tip închis.
- În cazul incompatibilității, SRL Biosistem mld va livra gratuit un analizator BC-20s (Mindray, China) care este analog analizatorului H30 Pro Series.

În lumina acestei scrisori, ofertantul propune o ofertă alternativă, iar reactivii propuși ar putea să nu fie compatibili cu modelul dispozitivului din instituția noastră, în același timp, ofertantul ar compensa aceste nereguli prin oferirea în comodat a unui analizator BC-20s (Mindray, China).

Grupul de Lucru a discutat și a ajuns la concluzia că IMSP SR Ocnița *nu poate accepta modificări contractuale* care contravin condițiilor înaintate prin procedura de achiziție publică. În documentația înaintată de IMSP SR Ocnița la procedura de achiziție în cauză, nu s-au permis propuneri alternative, în schimb s-au solicitat reactivi pentru analizatorul de model Edan H30 Pro Series, care după parametrii tehnici, este un analizator de tip închis.

Se propune pentru a vota pentru următoarea decizie:

A se descalifica ofertantul SRL Biosistem mld și câștigător al Lotului 3 să fie desemnat următorul ofertant.

Se pune la vot:

Pentru – 5;

Contra – 0;

S-au abținut - 0;

Decizie:

Se descalifică ofertantul SRL Biosistem mld și câștigător al Lotului 3 este desemnat următorul ofertant.

Punga Dumitru *D. Punga* ;
Cușnir Ala *Ala Cușnir* ;
Pîrlea Adic *Adic Pîrlea* ;
Moraru Tatiana *Tatiana Moraru* ;
Șargu Alexandru *Alexandru Șargu* ;