

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21064375 din 01.10.2022**Obiectul de achiziție: Gas Mass Flow Controller**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Gas Mass Flow Controller	MC-200SCCM-D-PCV03 + PVPS24U	Olanda	Alicat Scientific B.V.	Gas Mass Flow Controller Gaz: Ar/Argon Interval de debitare: 0-200 SCCM (centimetri cubi standard pe minut) Presiune de intrare: min10 bar Precizie de măsurare: max ±0,6% Prezența unui afișaj: da Posibilitatea de selecta alte gaze: da Ieșire analogică primară a debitului de masă de gaz: 0-5 VDC Intrare de referință analogică: 0-5 VDC Comunicare: prin RS-232 Adaptor de alimentare: 24 VDC, 1 A Elastomeri de supapă: FKM Dimensiunea orificiului supapei: diametru 0,003" Mini DIN: 8 pini Mufă de alimentare: 2,1 mm Certificat de calibrare: da Garanție: min 2 ani	Gas Mass Flow Controller Gaz: Ar/Argon Interval de debitare: 0-200 SCCM (centimetri cubi standard pe minut) Presiune de intrare: 10 bar Precizie de măsurare: max ±0,6% Prezența unui afișaj: da Posibilitatea de selecta alte gaze: da Ieșire analogică primară a debitului de masă de gaz: 0-5 VDC Intrare de referință analogică: 0-5 VDC Comunicare: prin RS-232 Adaptor de alimentare: 24 VDC, 1 A Elastomeri de supapă: FKM Dimensiunea orificiului supapei: diametru 0,003" Mini DIN: 8 pini Mufă de alimentare: 2,1 mm Certificat de calibrare: da Garanție: 2 ani	ISO
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director**Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 2**