

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755260860983					Data: 15/09/2025	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:			privind Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026					Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100 000-1	12	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular	Câmp chirurgical pentru ochi 100x120cm, cu apertură rectangulară 6x4cm (Codul produsului: 701-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000372847
33100 000-1	13	Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular	Câmp chirurgical pentru ochi 100x120cm, cu apertură rectangulară 10x12cm (Codul produsului: 701-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000372847
33100 000-1	102	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular	Câmp chirurgical pentru ochi 100x120cm, cu apertură ovală 6x4cm (Codul produsului: 701-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000372847

33100 000-1	109	Cristalin artificial monofocal camera posteroară	Cristalin artificial monofocal camera posteroară	Cristalin artificial monofocal camera posteroară (Codul produsului: ZCB00)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale compatibile cu YAG-laser. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
----------------	-----	--	--	--	-----	--	---	--	----

33100 000-1	110	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben (Codul produsului: ZCB00V)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilatcopolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47, (indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale compatibile cu YAG-laser. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
33100 000-1	111	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal (Codul produsului: DRN00V)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale compatibile cu YAG-laser. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE

33100 000-1	112	Cristalin artificial camera posteroara toric	Cristalin artificial camera posteroara toric	Cristalin artificial camera posteroara toric (Codul produsului: DIU100-800)	SUA	Johnson &Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial toric, preîncărcat Material copolimer/acrilic. Hidrofob. Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Indicele de refractie 1.47. Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindrul: 1.5D - 8.0D	Cristalin artificial toric, preîncărcat Material acrilic. Hidrofob. Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Indicele de refractie 1.47. Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindrul: 1.5D - 8.0D (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
33100 000-1	113	Cristalin artificial EDOF	Cristalin artificial EDOF	Cristalin artificial EDOF (Codul produsului: ZEN00V)	SUA	Johnson &Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuş pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosinţă. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor	Cristalin artificial EDOF Material: acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refractie 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuş pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosinţă. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartuşului/injectorului indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerinţele tehnice expuse mai sus urmează indicate astfel încât să poată să fie verificate cu uşurinţă la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepţionarii bunurilor (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE

33100 000-1	114	Cristalin artificial toric EDOF	Cristalin artificial toric EDOF	Cristalin artificial toric EDOF (Codul produsului: DET100-DET600)	SUA	Johnson &Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.	Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
33100 000-1	115	Cristalin artificial multifocal toric	Cristalin artificial multifocal toric	Cristalin artificial multifocal toric (Codul produsului: DRT100-DRT375)	SUA	Johnson &Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE

33100 000-1	116	Cristalin artificial	Cristalin artificial	Cristalin artificial (Codul produsului: ICB00)	SUA	Johnson &Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuş/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul,de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuş/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul,de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv şi a cartuşului/injectorului indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23