

		Specificații tehnice							
		va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 6, 8							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1688649243819 din 07.08.2023						Data: „ ”	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 21)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	27	Stativ perfuzii	Stativ perfuzii	K047	Turcia	KENMAK HASTANE MALZEMELE RI VE ELEKTROST ATIK BOYA SAN. TIC. A.S.	Stativ perfuzii Corpul din oțel vopsit electrostatic da Locuri de instalarea soluțiilor 2 Posibilitatea de ajustare a nivelului da Montat pe picioare cu roțile "da, min. 2 roțile cu frână" Picioare min. 4	Stativ perfuzii Corpul din oțel vopsit electrostatic - da. Piese metalice electrostatice acoperite cu pulbere. Tija superioară telescopică cromată. Locuri de instalarea soluțiilor 2- da. Posibilitatea de ajustare a nivelului - Reglare manuală a înălțimii 117-200 cm. Montat pe picioare cu roțile - da, min. 2 roțile cu frână" Picioare min. 4 - da Catalog :Model - K047, pag.123	Declarația de conformitare, ISO Înregistrare AMDM nr.DM000139556 în baza ordinului A07.PS-01 Rg.04-203

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Cobzari Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: "Aelo Grup "SRL
Adresa: Mitropolit Petru Movila 23/5, ap.3