



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Мед ТеКо", ООО "Мед ТеКо" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области 31.01.2019 ОГРН: 1025003519716, место нахождения: 141009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, МЫТИЩИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСКИЙ, 16, 2, телефон: +7 4955867300, факс: +7 4955867300, адрес электронной почты: manager@medteco.ru

**В лице:** Генерального директора Бенькова Александра Васильевича

**Заявляет, что** Аппарат для УВЧ - терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60 - «Мед ТеКо» ТУ 9444-002-56812193-2002 в составе:

1. Электронный блок – 1 шт.
2. Сменные электроды:  
диаметр – 36 мм – 2 шт,  
диаметр – 80 мм – 2 шт,  
диаметр – 120 мм – 2 шт.
3. Электрододержатель в сборе – 2 шт
4. Индикатор наличия ВЧ-поля – 1 шт
5. Паспорт – 1 шт
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:**

ТУ 9444-002-56812193-2002 Аппарат для УВЧ - терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60 - «Мед ТеКо»

Серийный выпуск

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Мед ТеКо", место нахождения: 141009, Россия, область Московская, Мытищи городской округ, город Мытищи, проспект Олимпийский, д.16, корп. 2

код ОКПД2: 26.60.13.130

ТН ВЭД ЕАЭС 9018 90 840 9

**Соответствует требованиям:** ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4). Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик, ГОСТ Р 50267.3 -92 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии; ГОСТ 28603-90 Аппараты для УВЧ-терапии. Общие технические требования и методы испытаний; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.

*ГОСТы сверены в соответствии с информацией по Постановлению Правительства РФ № 982).*

обозначение стандартов, которым подтверждается соответствие

**Декларация принята на основании**

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2012/13524 от 12.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР);

Протоколы испытаний № 061/ЭБ-18 от 22.08.2018 г., № 061/ЭМС-18 от 22.08.2018 г., выданы ИЛ МИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, рег. № RA.RU.21МИ25 от 17.09.2015г

схема декларирования: 2д

**Дата принятия декларации:** 27.05.2020 г.

**Декларация о соответствии действительна до:** 27.05.2025 г.



/Беньков А.В.

**Дата регистрации** 27.05.2020,

**Регистрационный номер декларации** РОСС RU Д-РУ.РА01.В.60052/20

дата регистрации и регистрационный номер декларации